



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do wkluć

PYTANIE 1 : Załącznik nr 4.5 poz. 1 Proszę o dopuszczenie strzykawek: „Strzykawki 1 ml; jałowe, jednorazowe, pakowane pojedynczo z oznaczoną datą ważności, oznakowane podziałką co 0, 1 ml lub co 0, 05 ml, co 0, 01ml co 0, 025ml, końcówka standardowa typu Luer z nakładaną igłą 0,33x 13mm, trzyczęściowe.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 1 części nr 5 wyżej opisanych strzykawek.

PYTANIE 2 : Załącznik nr 4.5 poz. 6 Proszę o dopuszczenie: „Igła 0,30 mm x 40mm jałowa, jednorazowa, typ luer.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający, w związku z zaistniałą omyłką, zmienia treść poz. 6 Załącznika nr 4.5 w następujący sposób: „ Igła 0,3-0,33mm x 12-13mm, jałowa, jednorazowa, typ luer”. W załączeniu do niniejszego pisma zmieniony Załącznik nr 4.5.

PYTANIE 3 : Załącznik nr 4.5 poz.7 Proszę o dopuszczenie: „Igła 0,70 mm x 40mm jałowa, jednorazowa, typ luer.” lub „Igła 0,60 mm x 30mm jałowa, jednorazowa, typ luer.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 5 poz. 7 Igły 0,60 mm x 30mm jałowej, jednorazowej, typ luer.

PYTANIE 4 : Załącznik nr 4.5 poz. 14 Proszę o dopuszczenie przyrządu bez łącznika do dodatkowej iniekcji z korkiem. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 5 : Pakiet nr 5, pozycje 2 – 5 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 6 : Pakiet nr 5, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,3mm x 13mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

PYTANIE 7 : Pakiet nr 5, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,5mm x 40mm lub 0,6mm x 30mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 5 poz. 7 igieł 0,6mm x 30mm.

PYTANIE 8 : Pakiet nr 5, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi i preparatów krwi bez łącznika do dodatkowej iniekcji, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 9 : Pakiet nr 7, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści sterylne pincety o długości 13cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 4 części nr 7 sterylnej pincety o długości 13cm.

PYTANIE 10 : Pakiet nr 4.4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje strzykawek przystosowanych do przygotowywania i podaży cytostatyków, z oświadczeniem producenta załączonym do oferty?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 4 nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania strzykawek przystosowanych do przygotowywania i podaży cytostatyków.

PYTANIE 11 : Pakiet nr 4.4 poz. 2-5. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy strzykawki mają posiadać długość skali na cylindrze odpowiadającej pojemności nominalnej strzykawki tj. bez rozszerzenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 5 poz. 2-5 nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych strzykawek.

PYTANIE 12 : Pakiet nr 4.4. poz. 6 . Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający dopuści igłę 0,33 x 12mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienił treść Załącznika nr 4.5 – patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

PYTANIE 13 : Pakiet nr 4.4. poz. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,6 x 30mm, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 5 poz. 7 dopuszcza możliwość zaoferowania igieł w rozmiarze 0,6 x 30mm.

PYTANIE 14 : Pakiet nr 4.12, poz. 2 . 1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamknięty bezigłowy system dostępu naczyniowego jako element kaniuli obwodowej (po podłączeniu) ma posiadać przepływ grawitacyjny nie mniejszy niż przepływ przez największą kaniulę wskazany na opakowaniu przez producenta kaniuli, np. jeżeli na opakowaniu kaniuli jest wskazany przepływ: 60 ml/min, 100 ml/min, 140 ml/min, to podłączony zawór nie stanowi bariery dla osiągnięcia tych przepływów? 2/ Zamawiający wymaga łącznika posiadającego gładkie silikonowe powierzchnie, czy w związku z tym wymaga membrany silikonowej osadzonej zewnętrznie na konektorze w celu zminimalizowania ryzyka kontaminacji zakażeń?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części 12 poz. 2 wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wymaga membrany silikonowej osadzonej zewnętrznie na konektorze.

PYTANIE 15 : Czy Zamawiający dopuści paski testowe z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą „na przestrzał” całej długości paska z możliwością pobierania prawidłowo krwi tylko od jednej strony ? W przypadku, gdy ktoś niepoprawnie, z nieodpowiedniej strony przyłoży kroplę krwi, nastąpi zassanie krwi bez wyniku, pojawi się komunikat „error” i wówczas należy użyć nowego paska testowego. Konsekwencją tego będzie zużycie większej ilości pasków przez personel medyczny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych pasków testowych.

PYTANIE 16 : Czy zamawiający wymaga paska testowego na zewnątrz, kapilary zasysającej na końcu (czubku) paska z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy - po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta) ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych pasków testowych.

PYTANIE 17 : Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe współpracowały z glukometrem, posiadającym funkcję wyrzutu paska po badaniu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania glukometru posiadającego funkcję wyrzutu paska po badaniu.

PYTANIE 18 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty Wykonawcę, który nie posiada zezwoleń na hurtowy obrót lekami?

ODPOWIEDŹ: Dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 19: Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3-ch zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki), pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej hipo- i hiperglikemii u pacjenta i aby te płyny kontrolne były dostarczone na życzenie Zamawiającego oraz aby paski do glukometrów były na listach refundacyjnych NFZ i MZ ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych glukometrów i pasków testowych.

PYTANIE 20 : Czy Zamawiający wymaga, aby glukometry były wyposażone w trzy płyny kontrolne, do niskich, średnich i wysokich wartości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych glukometrów.

PYTANIE 21 : Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe miały możliwość przechowywania w temperaturze od 4 do 40°C oraz posiadały powłokę zabezpieczającą całą powierzchnię paska przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej (paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych pasków testowych.

PYTANIE 22 : Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą instrukcji obsługi glukometru oraz pasków testowych w języku polskim ?

ODPOWIEDŹ: Wykonawca winien dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim wraz z dostawą glukometrów.

PYTANIE 23 : Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe, były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej temperatury i wilgoci?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z § 2 ust. 2b wzoru umowy Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne są dostarczane transportem i w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.

PYTANIE 24 : Czy Zamawiający życzy sobie, aby paski testowe, miały tylko maksymalny dostępny na rynku polskim zakres temperatury przechowywania pasków wynoszący od minimum 4 do minimum 40°C (latać ma to duże znaczenia zwłaszcza bardzo upalne lata gdzie temp. w gabinetach zabiegowych niejednokrotnie przekracza 30°C)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych pasków testowych.

PYTANIE 25 : §5 punkt 1a) umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego” na „w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 26 : §5 punkt 1b) umowy :Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego” na „w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 27 : §5 punkt 1c) umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto (za daną część zamówienia)” na „w wysokości 10% wartości brutto (niezrealizowanej części zamówienia)”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 28 : Załącznik 4.1, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 1ml z wtopioną igłą 0,3x13mm oznakowane podziałką co 0,02ml, spełniającej pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 29 : Załącznik 4.5, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 0,3mm x12mm, spełniającej pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

PYTANIE 30 : Część 3 poz.2 Prosimy o wyrażenie zgody na pojemniki na próbki histopatologiczne o pojemności 60ml?


ODPOWIEDŹ: Pojemność oferowanego pojemnika mieści się w wymaganym przez Zamawiającego zakresie.

PYTANIE 31 : Część 3 poz.6 Prosimy o wyrażenie zgody na pojemniki na próbki histopatologiczne o pojemności 2300ml?

ODPOWIEDŹ: Pojemność oferowanego pojemnika mieści się w wymaganym przez Zamawiającego zakresie.

PYTANIE 32 : Część 3 poz.7 Prosimy o wyrażenie zgody na pojemniki na próbki histopatologiczne o pojemności 5600ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 3 poz. 7 pojemnika na próbki histopatologiczne o pojemności 5600ml.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach

mgr Andrzej Rechawicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Formularz asortymentowo - cenowy
Sprzęt jednorazowy do wkłuć

L.P.	Nazwa	j.m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań *	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa /numer katalogowy i producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Strzykawki 1 ml; jałowe, jednorazowe, pakowane pojedynczo z oznaczoną datą ważności, oznakowane podziałką co 0,1 ml lub co 0,05 ml, co 0,01ml co 0,025ml, końcówka standardowa typu Luer	szt.	3000							
2	Strzykawki 2 ml; jałowe, jednorazowe, pakowane pojedynczo z oznaczoną datą ważności, oznakowane podziałką co 0,1 ml, końcówka standardowa typu Luer, dwuczęściowe	szt.	50000							
3	Strzykawki 5 ml; jałowe, jednorazowe, pakowane pojedynczo z oznaczoną datą ważności, oznakowane podziałką co 0,5 ml lub co 0,2ml, końcówka standardowa typu Luer, dwuczęściowe	szt.	40000							
4	Strzykawki 10 ml; jałowe, jednorazowe, pakowane pojedynczo z oznaczoną datą ważności, oznakowane podziałką co 0,5 ml lub co 0,2ml, końcówka standardowa typu Luer, dwuczęściowe	szt.	15000							
5	Strzykawki 20 ml; jałowe, jednorazowe, pakowane pojedynczo z oznaczoną datą ważności, oznakowane podziałką co 1 ml lub co 0,5ml, końcówka standardowa typu Luer, dwuczęściowe	szt.	5000							
6	Igła 0,3-0,33mm x 12-13mm jałowa, jednorazowa, typ luer	szt.	3500							
7	Igła 0,6mm x 40mm jałowa, jednorazowa, typ luer	szt.	1500							
8	Igła 0,8mm x 40mm jałowa, jednorazowa, typ luer	szt.	20000							
9	Igła 0,5 mm x 25 mm jałowe, jednorazowe, typ luer	szt.	20000							
10	Igła 0,4-0,45 mm x 16-23mm, jałowe, jednorazowe, typ luer	szt.	7000							
11	Igła 0,9mm x 40 mm, jałowe, jednorazowe, typ luer	szt.	7000							
12	Igła 1,2mm x 40 mm, jałowe, jednorazowe, typ luer	szt.	55000							
13	Aparat typu Mini Spike do pobierania leków, z filtrem bakterieryjnym, jałowy pakowany pojedynczo, typu Luer,	szt.	1000							

