



Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli medycznych dla SPSK Nr 5 SUM w Katowicach

Część 1. Łóżko anestesjologiczne

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej wraz z krążkami odbojowymi 2220 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wymaga by łóżko było wyposażone w szczyty wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa PE z kolorowymi wklejkami?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami dzielonymi, tworzywowymi, zabezpieczającymi pacjenta na 100% długości leża od szczytu do szczytu oraz zabezpieczające pacjenta w pozycji siedzącej?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej? Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji części nożnej w zakresie 0-32°?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, najbardziej zagęszczone w części środkowej leża, poprzez oparcie pleców, a najmniej w oparciu nóg. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną funkcją CPR tylko oparcia pleców? Elektryczna funkcja CPR jest dla każdej pozostałej pozycji.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm blokowanymi centralnie?

Odpowiedź:

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści materac z pokrowcem zamykanym na zamek błyskawiczny z dwóch stron (na jednym dłuższym i jednym krótszym boku), co jest standardowym rozwiązaniem?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjne łóżko anestesjologiczne** o długości 2200 mm? Proponowana długość różni się nieznacznie do zakresu wskazanego przez Zamawiającego i będzie w pełni funkcjonalna podczas codziennego użytkowania łóżka.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjne łóżko anestesjologiczne** posiadające leże 4-sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na mechanizmie przegubowym, zapewniającym min. 4 punkty podparcia, gwarantującym łatwą dezynfekcję i czyszczenie? Różnica w konstrukcjach wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez poszczególnych producentów i nie ma znaczącego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe. Należy podkreślić, że rozwiązanie to

zagwarantuje Zamawiającemu najwyższą stabilność łóżka i doskonałe właściwości użytkowe dla wymaganego łóżka anestezjologicznego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści *wielofunkcyjne łóżko anestezjologiczne* posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie 360 - 795 mm? Proponowany zakres regulacji wysokości to najczęściej wykorzystywany przedział w codziennych procedurach medycznych i profesjonalnej opiece nad pacjentem. Ponadto dolny parametr (360 mm) mieści się w zakresie tolerancji wskazanej przez Zamawiającego, natomiast górny (795 mm) jest lepszy, niż oczekiwany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: . Nie.

Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści *wielofunkcyjne łóżko anestezjologiczne* posiadające elektryczną regulację części nożnej: uda w zakresie 0-30° i podudzia w zakresie 0-16°? Parametr wskazany przez Zamawiającego wydaje się być przeszacowany, ponadto w praktyce (biorąc pod uwagę wszystkie pozycje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia dla łóżka 4-sekcyjnego) wykorzystuje się zarówno kąt uda, jak i podudzia, a nie tylko „części nożnej”. Oferowany parametr będzie w zupełności wystarczający podczas codziennego korzystania z łóżka.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuści *wielofunkcyjne łóżko anestezjologiczne* wyposażone w barierki boczne na całej długości łóżka, tworzywowe? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak opisane przez Zamawiającego, a różnica wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji kolumn prostopadłościennych gwarantujących wysoką stabilność leża, łatwych do utrzymania w czystości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 17: Czy Zamawiający dopuści długość łóżka bez przedłużenia 2181 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści długość łóżka z przedłużeniem 2361 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści szerokość łóżka przy opuszczonych barierkach bocznych 979 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści szerokość łóżka przy podniesionych barierkach bocznych 1024 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 21: Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 433-821 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 22: Czy Zamawiający dopuści kąt uniesienia segmentu oparcia pleców 66°?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 23: Czy Zamawiający dopuści kąt uniesienia segmentu uda 35°?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 24: Czy Zamawiający dopuści kąt uniesienia segmentu podudzia 23°?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 25: Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze 220 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 26: Czy Zamawiający dopuści by łóżko było wyposażone w mechaniczną funkcję CPR segmentu leża uruchamianą dźwignią w centralnej części łóżka wyraźnie oznaczoną żółtym kolorem?

Tylko takie rozwiązanie zapewnia maksymalną szybkość opuszczenia segmentu oparcia do podjęcia resuscytacji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 27: Czy Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami elektrycznymi łóżka za pomocą paneli obustronnie wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego z funkcjami selektywnej blokady oraz paneli wbudowanych w barierki od strony wewnętrznej dla pacjenta? Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 28: Czy Zamawiający dopuści podwójne dzielone tworzywowe barierki boczne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 29: Czy Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami elektrycznymi łóżka (regulacja wysokości, kąta nachylenia segmentu oparcia pleców, segmentu ud i podudzi, regulacja funkcji autokontur, autoregresji, Trendelenburga i anty-Trendelenburga, krzesła kardiologicznego, szokowej, egzaminacyjnej) za pomocą paneli obustronnie wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego z funkcjami selektywnej blokady oraz paneli wbudowanych w barierki od strony wewnętrznej dla pacjenta (dla pacjenta ograniczone funkcje)? Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 30: Czy Zamawiający dopuści materac piankowy, przewencyjny, przeciwoleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2 – potwierdzone certyfikatem na zgodność z dyrektywą 2007/47/EEC z 5 września 2007 – przez jednostkę notyfikowaną. Materac min. 3 strefowy – głowa, tułów, stopy wykonany z pianki o różnej gęstości, widoczne duże przerwy pomiędzy kostkami piankowymi, zapewniający zróżnicowany niski nacisk na ciało pacjenta, jak i dobry przepływ powietrza wewnątrz rdzenia materaca. Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami z podklejeniem, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 31: Dotyczy pkt.2: „Wbudowany akumulator ze wskaźnikiem stanu naładowania”. Czy zamawiający oczekuje wskaźnika bezpośrednio na akumulatorze czy też informacja o stanie naładowania może być wyświetlana na panelu sterującym?

Odpowiedź: Na panelu sterującym.

Pytanie 32: Dotyczy pkt. 4: „Leże łóżka -4-sekcyjne o konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych”. Czy zamawiający dopuści łóżko 4-sekcyjne oparte na dwóch kolumnach o przekroju sześciokątnym? Wyjaśniamy, że z punktu widzenia użytkownika przekrój kolumn jest bez znaczenia. Nie ma to przełożenia na funkcjonalność czy utrzymanie higieny.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 33: Dotyczy pkt. 7: „Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie 335-720 mm (+/- 50 mm)”. Czy zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji wysokości leża w przedziale 440-820 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 34: Dotyczy pkt. 9: „Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 40° (+/- 5°)”. Czy zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji części nożnej w zakresie 34 stopnie/ Różnica wynosi 1 stopień co w praktyce podczas eksploatacji łóżka jest niezauważalne.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 35: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 2 tygodnie od dnia podpisania umowy. Wyjaśniamy, że łóżka szpitalne, stanowiące przedmiot zamówienia, pochodzą od producenta zagranicznego, z kraju spoza terenu UE, a realizacja zamówienia nie może nastąpić wcześniej, niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy. Określony Przez Zamawiającego termin wykonania zadania 6 tygodni od daty podpisania umowy, może okazać się niewystarczający. Natomiast za przekroczenie terminu realizacji dostawy, Wykonawcy grożą bardzo wysokie kary, bo aż

1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z § 4 ust 1 wzoru umowy, wspomniana przez Wykonawcę kara wynosi 0,2 %, a nie 1 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki. Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia w części 1 do 8 tygodni.

Pytanie 36: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko anestesjologiczne (dla oddziałów intensywnej opieki medycznej) o długości 2180 mm, a po przedłużeniu leża o długości 2280 mm ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 37: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko anestesjologiczne bez wskaźnika stanu naładowania akumulatora?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 38: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko anestesjologiczne (dla oddziałów intensywnej opieki medycznej) bez możliwości zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 39: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko anestesjologiczne (dla oddziałów intensywnej opieki medycznej) wyposażone w szczyty tworzywowe wykonane z wyprasek z ABS?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z SIWZ.

Pytanie 40: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko anestesjologiczne (dla oddziałów intensywnej opieki medycznej) z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie od 450 do 850 mm ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 41: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko anestesjologiczne (dla oddziałów intensywnej opieki medycznej) z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie 15°?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 42: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko anestesjologiczne (dla oddziałów intensywnej opieki medycznej) z barierkami bocznymi, metalowymi, lakierowanymi, składanymi o długości ok. 1580 mm (przy długości leża ok. 2080 mm)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 43: Czy poprzez „zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji” Zamawiający ma na myśli możliwość zablokowania poszczególnych lub wszystkich naraz funkcji na panelu sterującym odpowiednim / odpowiednimi klawiszami lub pokrętelem / pokrętłami?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli rozwiązanie polegające na konieczności wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji (na panelu i w pilocie).

Pytanie 44: Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2205 mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od opisanego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 45: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w elektrycznie dokonywaną funkcję CPR w segmencie oparcia pleców oraz uda oraz z dodatkową mechaniczną funkcją CPR pleców w przypadku braku zasilania prądu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 46: Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga aby łóżko posiadało system elektryczny rozłączający po jakimś czasie nieużywania np. po 3 minutach braku jakiegokolwiek regulacji i wymagający świadomego uruchomienia systemu regulacji poprzez przycisk uruchamiający znajdujący się na panelu sterowniczym i pilocie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 47: Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję łóżka Zamawiający wymaga rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji. Rozwiązanie kolumnowe jest oferowane przez wielu producentów europejskich i światowych.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 48: Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga aby funkcja Trendelenburga i anty Trendelenburga nie znajdowała się na pilocie przeznaczonym dla pacjenta tylko na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu medycznego. Funkcja Trendelenburga jest funkcją w niektórych sytuacjach niebezpieczna dla pacjenta i powinna być regulowana wyłącznie pod kontrolą personelu medycznego?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Pytanie 49: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez sygnalizacji włączenia do sieci? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 50: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w standardowy akumulator bez wskaźnika stanu naładowania akumulatora? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 51: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej wynoszącej 2200 mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla zapewnienia pełnego komfortu hospitalizowanym pacjentom o wyższym wzroście.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 52: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o niezwykle stabilnej konstrukcji, opartej na dwóch kolumnach wykonanych z prostopadłościennych kształtowników oraz siłowników elektrycznych ze stopniem IP66? Zastosowany kształt kolumn zapobiega ich uszkodzeniu na skutek działających sił przy nierównomiernym obciążeniu oraz chroni siłowniki przed działaniem wody i pyłu, wskazane rozwiązanie jest bardzo korzystne, gdyż pozwala na ograniczenie miejsc trudnodostępnych, mogących powodować gromadzenie się brudu i zarazków, ułatwia dezynfekcję łóżka, zapewnia jego maksymalną stabilność oraz pełny dostęp ramienia C.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 53: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie 420 do 820 mm? Oferowany parametr wysokości minimalnej jest wystarczający dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa podczas opuszczania leża przez pacjentów o niższym wzroście, natomiast parametr wysokości maksymalnej jest korzystniejszy i zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas opuszczania leża przez pacjentów o wyższym wzroście.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 54: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja funkcji autokonturu odbywa się wyłącznie z pilota przewodowego? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 55: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w mechaniczną funkcję CPR, która aktywowana jest za pomocą dźwigni zlokalizowanych obustronnie w segmencie oparcia pleców. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź:

Pytanie 56: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w barierki boczne wykonane z wysokiej jakości tworzywa PP (polipropylen) zabezpieczające pacjenta na całej długości leża lub barierki metalowe malowane proszkowo zabezpieczające pacjenta na ok. $\frac{3}{4}$ długości leża? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej gwarantując pełne bezpieczeństwo hospitalizowanym pacjentom

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 57: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator bez wskaźnika stanu naładowania?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 58: Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże posiada cztery punkty podparcia (pantograf)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 59: Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyjęcia tylko wypełnienia szczytów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 60: Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 61: Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami bez możliwości ich blokady? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 62: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 390-830 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 63: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 390-810 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 64: Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością montażu kroplówki w dwóch narożach łóżka, od strony głowy pacjenta?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 65: Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi aluminiowo-tworzywowymi, co nie wpływa na ich funkcjonalność?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 66: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac z zamkiem błyskawicznym w kształcie litery L, na dwóch bokach materaca?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 67: Czy Zamawiający dopuści 7-dniowy termin realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 35.

Część 2. Fotel do podawania cytostatyki

Pytanie 68: Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel o szerokości leża 700 mm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 69: Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel z regulacją wysokości siedziska w zakresie 550-850 mm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 70: Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel z regulacją nachylenia oparcia pleców w zakresie 0° - 70° .

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 71: Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel z regulacją segmentu siedziska w zakresie -5° + 15° .

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 72: Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel z regulacją segmentu nożnego w zakresie 0° - 30° .

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 73: Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel z przechyłem Trendelenburga wynoszącym 15° .

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 74: Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel wyposażony w odchylane podłokietniki, ustawiane wraz z oparciem.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 75: Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel wyposażony w tapicerowane podłokietniki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 76: Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel bez dodatkowej poduszki na segment nożny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 77: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania cytostatyków o całkowitych wymiarach zewnętrznych 2170 x 920 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 78: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania cytostatyków o szerokości leża 54 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 79: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania cytostatyków z elektryczną regulacją wysokości siedziska w zakresie 550 – 750 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 80: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania cytostatyków z regulacją segmentu siedziska w zakresie 0-12°?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 81: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania cytostatyków wyposażony w dwa tapicerowane skajem podręczki w kolorze tapicerki fotela, z regulacją kąta nachylenia bez wspomagania sprężynami gazowymi i z regulacją kąta odchylenia w stosunku do fotela?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 82: Czy w związku z zapisem, że fotel ma być wyposażony w dodatkowy podglówek, Zamawiający uzna za tożsamy fotel do podawania cytostatyków wyposażony w podglówek z regulacją wysokości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 83: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania cytostatyków bez poduszki na segment nożny?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 84: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania cytostatyków bez statywu teleskopowej kropłówki z uchwytem?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 85: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania cytostatyków bez osłony PCV na segment nożny?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 86: Prosimy o wyjaśnienie, czy osłona segmentu nożnego to to samo co osłona PCV na segment nożny? Jeśli nie, prosimy o bliższe sprecyzowanie tego wymogu.

Odpowiedź: Chodzi o osłonę dodatkową z regulacją w zależności od długości nóg pacjenta.

Pytanie 87: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotela niemieckiej produkcji z funkcją Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą mechanizmu sprężyny gazowej przy użyciu dźwigni umieszczonej w okolicy siedziska? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych fotela i zapewnia bardzo dobre jego wykorzystanie w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 88: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotela niemieckiej produkcji bez samodzielnej regulacji kąta nachylenia segmentu siedziska jednak z możliwością elektrycznej regulacji jego wysokości? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności fotela, a jego brak nie dyskwalifikuje wyrobu z przeznaczenia do wykorzystania na oddziałach onkologicznych, gdzie najistotniejsze jest dostosowanie wysokości siedziska do wzrostu pacjenta i operatora.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 89: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji o maksymalnej długości wynoszącej 2010 mm? Oferowane rozwiązanie tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest w zupełności wystarczające dla zapewnienia pełnego komfortu dla hospitalizowanych pacjentów o wyższym wzroście.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 90: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej o szerokości leża wynoszącej 520 mm? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnego komfortu hospitalizowanym pacjentom o zróżnicowanych gabarytach.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 91: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie 0d 540 mm do 870 mm. Parametr pierwszy jest korzystniejszy od wymaganego, gdyż zapewnia większe bezpieczeństwo opuszczania siedziska przez pacjentów o niższym wzroście, tak by nie musieli z niego zeskakiwać, natomiast drugi mimo, iż nieznacznie odbiega od wymaganego jest wystarczający dla pełnego komfortu chorych o wyższym wzroście.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 92: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji, w którym kąt odchylenia oparcia segmentu pleców mieści się w przedziale od 0° do +90°, natomiast możliwość uzyskania ujemnej wartości odbywa się poprzez regulację fotela do pozycji Trendelenburga? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności fotela i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej gwarantując wysoki komfort pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 93: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji, w którym kąt odchylenia segmentu oparcia nóg odbywa się w zakresie 0-90°? Parametr ten jest korzystniejszy od wymaganego pozwalając na swobodne uzyskanie pozycji siedzącej przez pacjenta, co tym samym podnosi ich komfort.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 94: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji z funkcją Trendelenburga na poziomie 8°? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych fotela i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 95: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela wyposażony w 4 koła z centralną blokadą i w którym dodatkowo prawe przednie koło spełnia funkcję koła kierunkowego, co znacznie ułatwia prowadzenie fotela? Wskazane rozwiązanie jest bardzo korzystne gwarantując pełną mobilność fotela, jego unieruchomienie, a także transportowanie chorych.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 96: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji wyposażony w tapicerowany segment oparcia nóg z regulowanym wysuwem i dodatkową podpórę pod stopy bez powłoki tapicerowanej? Wskazane rozwiązanie jest korzystniejsze gdyż zapobiega zabrudzeniu podpórki stóp obuwem.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 97: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji pokryty materiałem skóropodobnym jednak z widocznymi przeszyciami? Oferowane rozwiązanie gwarantuje wygodne użytkowanie fotela przez pacjenta podczas kilkugodzinnej terapii.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 98: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji wyposażony w komfortowe wielopozycyjne podłokietniki koloru czarnego regulowane w sposób manualny przy pomocy zacisków śrubowych? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności fotela i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 99: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji bez dodatkowej poduszki na segment nożny, osłony PCV oraz osłony segmentu nożnego? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności fotela i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 100: Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 2 foteli do podawania cytostatyków o następujących parametrach: Ad. 3 Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 540-760 mm uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym przewodowym, Ad 4 Regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie: -13° do $+80^{\circ}$ uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym przewodowym, Ad 5 Regulacja segmentu siedziska w zakresie: 0° do $+20^{\circ}$ uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym przewodowym, Ad. 6 Regulacja segmentu nożnego w zakresie: -30° do 20° uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym przewodowym, Ad. 11 Fotel wyposażony w dwa podłokietniki zdejmowane z regulacją kąta nachylenia za pomocą przegubów kulowych oraz kąta odchylenia w stosunku do fotela. Podłokietniki w kolorze wybranym przez Zamawiającego wykonane z pianki pokrytej tym materiałem jak leże. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia fotela zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Część 3. Łóżko szpitalne hydrauliczne z barierkami i materacami

Pytanie 101: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami wypełnionymi panelami z siatki stalowej lakierowanej z oczkami o wymiarach wewnętrznych 35x85 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 102: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o maksymalnej wysokości mierzonej od powierzchni podłoża do górnej krawędzi materaca 805 mm ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 103: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją pneumatyczną kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie $0-70^{\circ}$?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 104: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją pneumatyczną kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie $0-37^{\circ}$?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 105: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezpieczne łóżko szpitalne nie wyposażone jednak w system przeciwdziałający kolizji w przypadku skrajnych wartości parametrów wysokości leża i przechyłu wzdłużnego polegający na automatycznym hydraulicznym zwalnianiu sprężyny podczas opuszczania łóżka do wysokości minimalnej w przypadku gdy leże ustawione jest w pozycji anty-Trendelenburga, zapobiegająca kolizji oraz umożliwiająca bezpieczne opuszczenie łóżka do wysokości minimalnej bez konieczności poziomowania leża? W oferowanym łóżku należy najpierw ustawić leże w pozycji poziomej, a następnie ustawić pożądaną wysokość.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 106: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z układem hamulca centralnego dostępnego z dwóch, a nie z czterech narożników. W oferowanym łóżku jedna dźwignia hamulca i sterowania jazdą na wprost umieszczona jest od strony głowy pacjenta, druga – od strony nóg, po przekątnej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 107: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o wymiarach zewnętrznych bez barierki 965 mm, a z barierkami 1022 mm, co oznacza, że barierki wystają poza obrys zewnętrzny łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 108: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z bezpiecznymi i wygodnymi poręczami spełniającymi dotychczasową powszechnie stosowaną normę PN-EN-60601-2-38 ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 109: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z bezpiecznymi i wygodnymi poręczami, do których złożenia wymagane jest użycie obu dłoni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 110: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac pasywny przeciwoleżynowy dostosowany dla pacjentów o wadze maksymalnej 130 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 111: Czy Zamawiający może sprecyzować jakiego stojaka kroplówkowego wymaga? Przejednego, czy montowanego na ramie leża?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 112: Czy Zamawiający jest skłonny zrezygnować w przypadku materacy przeciwoleżynowych pasywnych z wymogu dostarczenia opinii laboratoryjnej potwierdzającej właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 113: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez zabezpieczeń przed przesuwaniem się materaca wzdłuż? Ograniczenia stanowią szczyty łóżka.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 114: Czy Zamawiający dopuści łóżko z tulejami do montażu wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki tylko od strony wezglowia (2 tuleje)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 115: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 400-800 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 116: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70o, co jest parametrem wystarczającym w tego rodzaju łóżkach?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 117: Prosimy o wyjaśnienie zapisów punktu 14, gdyż jest on niezrozumiały. Jaką funkcję ma spełniać łóżko?

Odpowiedź: Chodzi o funkcję zwiększającą bezpieczeństwo w przypadku ustawienia skrajnych parametrów.

Pytanie 118: Czy Zamawiający dopuści łóżko z układem blokowania kół wyposażonym w dwie dźwignie umieszczone od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 119: Czy Zamawiający dopuści łóżko z krążkami odbojowymi 80 mm? Wysokość krążka odbojowego nie wpływa na jego skuteczność.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 120: Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym 200 kg?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 121: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze odejmowane, metalowe (stal węglowa), lakierowane proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 122: Czy Zamawiający dopuści 7-tygodniowy termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź: W przypadku części 3 Zamawiający dopuszcza 8-tygodniowy termin realizacji zamówienia.

Pytanie 123: Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, najbardziej zagęszczone w części środkowej leża, poprzez oparcie pleców, a najmniej w oparciu nóg. Leże umożliwiające

przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 124: Czy Zamawiający dopuści łóżko z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 440 – 840 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 125: Czy Zamawiający dopuści łóżko z pneumatyczną regulacją oparcia pleców w zakresie 0-72°?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 126: Czy Zamawiający dopuści łóżko z pneumatyczną regulacją oparcia ud w zakresie 0-37°?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 127: Czy Zamawiający wymaga by łóżko było wyposażone w szczyty wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa PE z kolorowymi wklejkami?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 128: Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół, z układem wyposażonym w dwie dźwignie dostępne od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 129: Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym udźwigu 200 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 130: Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 131: Czy Zamawiający dopuści materac do łóżka dostosowany dla pacjentów o wadze do 150 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łóżka zgodnego z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Część 3. Szafka przyłóżkowa

Pytanie 132: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości przy rozłożonym blacie 122 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia szafki zgodnej z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 133: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez relingu, ale z rantami chroniącymi przedmioty przed spadnięciem?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 134: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z blatem o przechyłem bocznym w zakresie 0-30°?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia szafki zgodnej z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 135: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z blatem bez relingów ochronnych, ale z wyprofilowanymi brzegami, zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przedmiotów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 136: Dotyczy szafki przyłóżkowej z blatem bocznym: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z blatem bocznym składanym do boku szafki, po złożeniu wystającym poza obrys szafki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia szafki zgodnej z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 137: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości przy rozłożonym blacie 1180 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia szafki zgodnej z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytania dotyczące SIWZ.

Pytanie 138: Dotyczy wszystkich części: Czy ze względu na specyfikę oferowanych wyrobów medycznych Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na 10 tygodni od daty podpisania umowy? Jeśli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź: Zamawiający ustala 8-tygodniowy termin realizacji zamówienia dla części 1 i 3. Dla części 2 termin pozostaje niezmienny.

Pytanie 139: Dotyczy wszystkich części: Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu dołączenia wykazu wykonanych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy Oferent prowadzi działalność z zakresu produkcji i sprzedaży sprzętu szpitalnego w okresie krótszym niż jeden rok i okres ten jest na tyle krótki, iż nie pozwala na dostarczenie wymaganego wykazu dostaw?

Odpowiedź: W takim przypadku należy dołączyć wykaz obejmujący okres prowadzenia działalności.

Pytanie 140: Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 141 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 5 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmieni wzoru umowy.

Nowy termin składania ofert: 16 lipca 2013 r. godz. 10:00

DYREKTOR
Dariusz Gorg

