




Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych

1. **PYTANIE:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części nr 1 pozycji nr 1 w celu złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym pytaniem.
2. **PYTANIE:** Czy Zamawiający w Części nr 1 pozycji nr 1 dopuści soczewkę tylnokomorową, zwijalną, akrylową, hydrofilną, jednoczęściową posiadającą dwie części haptyczne w których znajdują się po dwa otwory, bez filtra światła niebieskiego:
 - Współczynnik uwodnienia: 26%
 - Zakres mocy: - 10,0 do +10,0 D (co 1,0 D)
+ 10,0 do +30,0 D (co 0,5 D)
+ 30,0 do 40,0 D (co 1,0 D)z jednorazowym zestawem do implantacji złożonym z jednorazowego kartridża i jednorazowego injectora, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 1 poz. 1 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. **PYTANIE:** Czy Zamawiający we Wzorze umowy, w § 5, ust. 1, lit. a,b,c wyrazi zgodę na zmianę zapisu:
 - a. „w wysokości 0,1% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej”?
 - b. „w wysokości 0,1% wartości brutto danego zamówienia częściowego - za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w §4 ust. 3 niniejszej umowy”?
 - c. „w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto (za daną część zamówienia) określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca”?**Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.
4. **PYTANIE:** dot. części nr 3: Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofilną z powierzchnią hydrofobową, ochronna powierzchnia hydrofobowa zapewnia minimalizację efektu wtórnej zaćmy (PCO), co jest dodatkową korzyścią dla pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 3 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. **PYTANIE:** dot. części nr 4: Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści soczewkę hydrofilną z powierzchnią hydrofobową, o średnicy optycznej 6 mm i średnicy całkowitej 11 mm, w poz.2 soczewkę hydrofilną z powierzchnią hydrofobową, o średnicy optycznej 6mm i średnicy całkowitej 11 mm, w poz. 3 soczewkę hydrofilną z powierzchnią hydrofobową, o średnicy optycznej 6 mm i średnicy całkowitej 11 mm, w każdej z pozycji z kartridżem fabrycznie zapakowanym z iniektorem w jednym pudełku?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 4 poz. 1,2,3 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. **PYTANIE:** dot. części nr 4: Czy Zamawiający używając określenia: „z injectorem jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem fabrycznie zapakowanym w jednym pudełku z soczewką” miał na myśli, że każda soczewka jest zapakowana do kartridża jednorazowego, a kartridż jednorazowy i iniektor jednorazowy również są w jednym pudełku? Prosimy o doprecyzowanie tego sformułowania, gdyż jego interpretacja jest wieloznaczna.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania soczewek nie umieszczonych w magazynku jednorazowym (kartridżu) tylko tak jak określił w opisie.
7. **PYTANIE:** dot. § 3 ust. 5 wzoru umowy: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu w/w paragrafu wg poniższej propozycji: „Zapłata za każdą zamówioną przez Zamawiającego i dostarczoną zgodnie z umową partię Wyrobów medycznych nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze VAT w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy

8. **PYTANIE:** Część 1, poz.1 Czy Zamawiający dopuści do dostawy soczewki: stopień uwodnienia poniżej 1%; dioptra od 0D do +35D, od +10 do +30 D co 0,5D. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 1 poz. 1 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. **PYTANIE:** Część 1, poz.2-Czy Zamawiający dopuści do dostawy soczewki: stopień uwodnienia poniżej 1%; dioptra od 0D do +35D, od +10 do +30 D co 0,5D. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 1 poz. 2 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. **PYTANIE:** Część 2, poz.1Czy Zamawiający dopuści do dostawy soczewki: stopień uwodnienia 26%; dioptra od +7,0D do +30,0D (co 0,5D). Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 2 poz. 1 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. **PYTANIE:** Część 3, poz.1Czy Zamawiający dopuści do dostawy soczewki: stopień uwodnienia 25%; dioptra od 0D do +35D; od +10,0D do +30,0D co 0,5D; długość całkowita 11,0 - 10,5 mm zależna od dioptrażu.
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 3 poz. 1 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. **PYTANIE:** Część 4, poz.1Czy Zamawiający dopuści do dostawy soczewki: średnica optyczna 6,0mm; długość całkowita 13,0mm; optyka obustronnie wypukła niesymetryczna; z oddzielnym systemem do implantacji.
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 4 poz. 1 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13. **PYTANIE:** Część 4, poz.2-Czy Zamawiający dopuści do dostawy soczewki: średnica optyczna 6,0mm; długość całkowita 13,0mm; optyka obustronnie wypukła niesymetryczna; z oddzielnym systemem do implantacji.
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 4 poz. 2 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14. **PYTANIE:** Część 4, poz.3-Czy Zamawiający dopuści do dostawy soczewki: średnica optyczna 6,0mm; długość całkowita 13,0mm; optyka obustronnie wypukła niesymetryczna; z oddzielnym systemem do implantacji.
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 4 poz. 3 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
15. **PYTANIE:** część 3- Czy Zamawiający dopuści soczewkę o dioptrażu od 10-30D (co 0,5D)- optyka dwuwypukła oraz od -10,0D do 9 D, (co 1D) i 31,0D do 40,0D - optyka wklęsło-wypukła, konstrukcja- jednocześnie, 2 pełne haptki, bez znaczników poprawności położenia, średnica całkowita 12,50 mm, ostre krawędzie na części optycznej z dodatkowym zabezpieczeniem przeciw PCO -podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 3 zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
16. **PYTANIE:** dot. Części 1, poz. 1:Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewki z końcówkami części haptycznych z PMMA, bez filtra światła niebieskiego, o dioptrażu od + 6.0 do + 30.0 D co 0.5 D, długości całkowitej 12,5mm, fabrycznie załadowaną w jednorazowy system implantacyjny, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 1 poz. 1 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
17. **PYTANIE:** dot. Części 1, poz. 1:Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewki asferycznej, z końcówkami części haptycznych z PMMA, o dioptrażu od + 6.0 do + 30.0 D co 0.5 D, długości całkowitej 12,5mm, fabrycznie załadowaną w jednorazowy system implantacyjny, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 1 poz. 1 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18. **PYTANIE:** dot. Części 1, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewki z końcówkami części haptycznych z PMMA, długości całkowitej 12,5mm, fabrycznie załadowaną w jednorazowy system implantacyjny, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 1 poz. 2 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
19. **PYTANIE:** dot. Części 3: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewki o podwójnej ostrej krawędzi części optycznej na pełnym obwodzie, dwóch haptach typu Closed Loop bez znaczników, długości całkowitej 12,5 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 3 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
20. **PYTANIE:** dot. Części 3: Czy Zamawiający w celu zapewnienia najwyższego poziomu sterylności produktu, wymaga sterylizacji tlenkiem etylenu?
Odpowiedź: Zamawiający nie określa metody sterylizacji.
21. **PYTANIE:** dot. § 2 ust. 4 projektu umowy: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu, tak by wymagany okres przydatności do użycia dostarczonych wyrobów *nie był krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia dostawy*. Mając na względzie 6-cio miesięczny czas trwania umowy, powyższa propozycja w pełni zabezpiecza interes Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.



Dariusz Jędrzejko
D Y R E K T O R