




Do wszystkich wykonawców

Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do wkluć

1. **Pytanie** - Pakiet 2 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 3ml spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki 2 ml, ale dopuszcza skalę rozszerzoną do 2,5ml i 3ml.
2. **Pytanie** - Pakiet 3 poz. 1-4-Czy Zamawiający dopuści strzykawki o lepszych parametrach użytkowych 3-częściowe?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek dwuczęściowych zgodnych z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. **Pytanie** - Pakiet 3 poz. 11- Czy Zamawiający dopuści przyrządy z łącznikiem do dodatkowych iniekcji, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania aparatów do przetaczania płynów zgodnych z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. **Pytanie** - Pakiet 5 poz. 2-Czy Zamawiający dopuści op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie określa wielkości opakowań. W jaki sposób obliczyć wielkość i ilość opakowań zostało wyraźnie wskazane w załączniku 4.5 w formularzu asortymentowo cenowym .
5. **Pytanie** - Pakiet 5 poz. 3-Czy Zamawiający dopuści pincety medyczne o długości 13cm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pincety medycznej zgodnej z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. **Pytanie** - Pakiet 5 poz. 5-Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a'75szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie określa wielkości opakowań. W jaki sposób obliczyć wielkość i ilość opakowań zostało wyraźnie wskazane w załączniku 4.5 w formularzu asortymentowo cenowym .
7. **Pytanie** - czy zamawiający w pakiecie 9 pozycji 1 dopuści Igły Hubera do portów naczyniowych, do wlewów długich, ze zintegrowanym drenem o długości ok. 30 cm i zaciskiem pozwalającym na zamknięcie linii jedną ręką. Dren przystosowany do podawania leków niekompatybilnych z PCV, zakończony łącznikiem typu Luer-lock, z dużą odpornością na zamknięcie światła. Rozmiar igły podawany przy zamówieniu
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. **Pytanie** - czy zamawiający wydzieli z pakietu 9 pozycję 1 i 2 i utworzy nowy pakiet?
Uzasadnienie: dopuszczenie oraz wydzielenie w/w sprzętu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym pytaniem.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach


mgr Andrzej Rechiwicz
Kierownik Biura Zamówień Publicznych