



DZP/381/102A/2016

Katowice / 22.11.2016

Do wszystkich Wykonawców

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

mgr Andrzej Rechowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ultrasonografu

PYTANIE 1 : W związku dostawą ultrasonografu prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

PYTANIE 2 : Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy.

PYTANIE 3 : Czy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje oraz wykonane prace konfiguracyjne na okres równoległy do wskazanego w SIWZ okresu gwarancyjnego na sprzęt, na koszt Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje oraz wykonane prace konfiguracyjne na okres równoległy do wskazanego w SIWZ okresu gwarancyjnego na sprzęt, na koszt Wykonawcy.

PYTANIE 4 : Dotyczy załącznika nr 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z wbudowanym w aparat wyjściem HDMI i SVHS bez wyjścia DVI?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu USG z wbudowanym w aparat wyjściem HDMI i SVHS bez wyjścia DVI (poz.17 Załącznika nr 4).

PYTANIE 5 : Dotyczy załącznika nr 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG o regulacji uchylności wiązki dopplerowskiej +/-20°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu USG z regulacją uchylności wiązki dopplerowskiej opisaną w poz. 30 Załącznika Nr 4.

PYTANIE 6 : Dotyczy załącznika nr 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG o 8-krotnym zakresie bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego i obrazu pamięci CINE?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu USG o zakresie bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego , a także obrazu z pamięci CINE, opisanym w poz. 21 Załącznika Nr 4.

PYTANIE 7 : Dotyczy załącznika nr 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG o zakresie wielkości bramki dopplerowskiej od 1,0 do 16 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu USG o zakresie wielkości bramki dopplerowskiej od 1,0 do 16 mm (poz. 29 Załącznika Nr 4).

PYTANIE 8 : Dotyczy załącznika nr 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG o zakresie prędkości w trybie PWD min. 10m/sek przy zerowym kącie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu USG o zakresie prędkości w trybie PWD opisanym w poz. 28 Załącznika Nr 4.

PYTANIE 9 : Dotyczy załącznika nr 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z Dopplerem pulsacyjnym PWD w trybie TRIPLEX z zarejestrowaną prędkością min. 10m/sek przy zerowym kącie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu USG z Dopplerem Pulsacyjnym (PWD) w trybie TRIPLEX opisanym w poz. 35 Załącznika Nr 4.

PYTANIE 10 : Dotyczy załącznika nr 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający 9 par kursorów pomiarowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu USG posiadającego 9 par kursorów pomiarowych (poz.43 Załącznika Nr 4).



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

PYTANIE 11 : Dotyczy załącznika nr 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wyposażony w głowicę convexową wieloczęstotliwościową, szerokopasmową o częstotliwości 2-5MHz?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu USG wyposażonego w głowicę convexową wieloczęstotliwościową, szerokopasmową o częstotliwości 2-5MHz (poz. 48 Załącznika Nr 4).

PYTANIE 12 : Dotyczy załącznika nr 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wyposażony w głowicę liniową wieloczęstotliwościową, szerokopasmową o częstotliwości 5-15MHz posiadającą aż 1000elementów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu USG wyposażonego w głowicę liniową wieloczęstotliwościową, szerokopasmową o częstotliwości 5-15MHz posiadającą 1000elementów (poz. 54 Załącznika Nr 4).

PYTANIE 13 : Dotyczy załącznika nr 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min. 80 cm i głowicę do badań powierzchniowych i ortopedycznych z użyciem głowicy liniowej 5-15MHz posiadającą 1000elementów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu USG z możliwością rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min. 80 cm i głowicę do badań powierzchniowych i ortopedycznych z użyciem głowicy liniowej 5-15MHz posiadającą 1000elementów (poz. 60 Załącznika Nr 4).

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych