



Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu na dostawę mebli medycznych

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską w kolorze żółtym bez możliwości wyboru odcienia?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską z regulacją zagłówka w zakresie od -30° do 45°?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o dł. 185 cm, szer. 55 cm, wys. 55 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści łóżko (wózek) wyposażone w materac z uchwytami co umożliwia przeniesienie pacjenta na materacu, zamiast wyodrębnionych pasów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści łóżko (wózek) z regulacją wysokości za pomocą dźwigni nożnej (regulacja hydrauliczna)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści łóżko (wózek) z regulacją wysokości za pomocą dźwigni nożnej (regulacja hydrauliczna)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści łóżko (wózek) z regulacją wysokości leża w zakresie 600-900 mm?

Odpowiedź: Nie.


Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści łóżko (wózek) bez piątego koła (łóżko – wózek posiada 4 koła z blokadą centralną, z czego jedno z kół posiada blokadę kierunkową)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Tak.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach


mgr inż. Andrzej Słomkowski
Kierownik Działu Zamówień Publicznych