



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z najmem analizatorów

PYTANIE 1 : Czy Zamawiający w Części 1 dopuści materiały kontrolne na dwóch poziomach?


ODPOWIEDŹ : Zamawiający w części nr 1 dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów kontrolnych na dwóch poziomach.

PYTANIE 2 : Część nr 1 – odczynniki do oznaczania stężenia elektrolitów. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem zawartym w punkcie nr 1 „pełny automat”?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający w części nr 1 pod nazwą „pełny automat” rozumie aparat z automatycznym pobieraniem próbek do badania przy użyciu uprzednio załadowanego próbkami podajnika.

PYTANIE 3 : Część nr 1 – odczynniki do oznaczania stężenia elektrolitów. Czy Zamawiający dopuści aparat do pomiarów $\text{Na}^{++}/\text{K}^{+}/\text{Ca}^{++}$?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający w części nr 1 wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach

mgr Andrzej Barchowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych