



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi chirurgicznych stosowanych w okulistyce i onkologii

1. **PYTANIE** : W poz. 39 pakietu 4.4 Zamawiający wymaga zaoferowania uchwytu skalpela nr 3. Taki sam uchwyt jest wymagany w poz. 16. Czy Zamawiający wymaga w obu pozycjach tego samego rozmiaru uchwytu? Jeśli tak to czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 39 trzonka nr 3 o długości tak jak w poz. 16 czyli 125 mm zamiast 135 mm?
ODPOWIEDŹ : W związku z zaistniałą omyłką w poz. 39 (w miejsce 135mm powinno być 125mm) Zamawiający łączy poz. 16 i 39. W załączeniu do niniejszego pisma zmieniony Załącznik nr 4.4.
2. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 2 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o nazwie Littauer, o dł. 130 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 2 wyżej opisanego narzędzia.
3. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 3 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 140 mm lub 150 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 3 narzędzia o dł. 150mm.
4. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 5 - prosimy o informację czy nożyczki mają być w wersji tępo-tępej, tępo-ostrej czy też ostro-ostrej
ODPOWIEDŹ : Oferowane w części 4 poz. 5 nożyczki mają być w wersji tępo-ostrej.
5. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 6 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 140 mm lub 150 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 6 narzędzia o dł. 150mm.
6. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 11 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. całkowitej 140 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 11 narzędzia o dł. całkowitej 140mm.
7. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 12 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 115 mm z zaciskiem lub o dł. 110 mm ze śrubką, przy pozostałych parametrach bez zmian
ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 12 narzędzia o dł. 110mm ze śrubką.
8. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 14 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 210 mm, głowka owalna o średnicy 6 mm, a głowka okrągła o średnicy 7 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania w części 4 poz. 14 wyżej opisanych narzędzi.
9. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 15 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o rozmiarze 18/23 mm i o dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 15 wyżej opisanego narzędzia.
10. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 17 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 155 mm lub dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 17 narzędzia o dł. 155mm.
11. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 20 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o nazwie Halsted (Adson) o dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 20 wyżej opisanego narzędzia.
12. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 22 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 90 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania w części 4 poz. 22 wyżej opisanego narzędzia.
13. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 25 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania w części 4 poz. 25 wyżej opisanego narzędzia.
14. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 26 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 26 wyżej opisanego narzędzia.
15. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 27 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 27 wyżej opisanego narzędzia.
16. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 28 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 28 wyżej opisanego narzędzia.
17. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 29 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 100 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 29 wyżej opisanego narzędzia.

18. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 33 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o nazwie Potts-Smith, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 33 wyżej opisanego narzędzia.
19. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 36 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 36 wyżej opisanego narzędzia.
20. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 37 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160 mm, utwardzane, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 37 wyżej opisanego narzędzia.
21. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 38 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 38 wyżej opisanego narzędzia.
22. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 39 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 125 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.
23. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 40 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 90 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania w części 4 poz. 40 wyżej opisanego narzędzia.
24. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.4 do SWiZ – Część 4 – Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej Poz. 41 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o nazwie Semken i o dł. 125 mm, lub narzędzie o dł. 100 mm z prowadnicą przy pozostałych parametrach bez zmian
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 41 narzędzia o dł. 100mm z prowadnicą.
25. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.5 do SWiZ – Część 5 – Narzędzia mikrochirurgiczne stosowane w okulistyce Poz. 1 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie typu Vannas, o dł. 75 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania w części 5 poz. 1 wyżej opisanego narzędzia.
26. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.5 do SWiZ – Część 5 – Narzędzia mikrochirurgiczne stosowane w okulistyce Poz. 2 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o nazwie micro 2000, o dł. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian, lub narzędzie o szerokości końcówki roboczej 0,4 mm i dł. 130 mm przy pozostałych parametrach bez zmian
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania w części 5 poz. 2 wyżej opisanych narzędzi.
27. **PYTANIE** : Załącznik Nr 4.5 do SWiZ – Część 5 – Narzędzia mikrochirurgiczne stosowane w okulistyce Poz. 3 – prosimy o informację czy zamawiający dopuści narzędzie o dł. 115 mm, pozostałe parametry bez zmian
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania w części 5 poz. 3 wyżej opisanego narzędzia.
28. **PYTANIE** : Czy Zamawiający dopuści w części nr 5 poz. 4 pensetę okulistyczną Colibri o długości 7,8cm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 5 poz. 4 pensety okulistycznej Colibri o długości 7,8cm.
29. **PYTANIE** : Czy Zamawiający dopuści w części nr 5 poz. 4 pensetę okulistyczną Colibri o długości 7,65cm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 5 poz. 4 pensety okulistycznej Colibri o długości 7,8cm.

Na podstawie art. 38 ust.4 Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. w części nr 4 (Załącznik nr 4.4) stosownie do odpowiedzi nr 1 łączy poz.16 i 39 w jedną poz. 16 (uchwyt (trzonek) skalpela nr 3 długość 125mm- 15 sztuk), a w poz. 39 wpisuje 1 szt. pensety mikrochirurgicznej – w załączeniu do niniejszego pisma zmieniony Załącznik nr 4.4.

DYREKTOR
Dariusz Jorg

Formularz cenowy
Wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu zamówienia

Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej

L P	Nazwa	j.m.	Wyma gana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ numer katalogowy i producent oferowanego produktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nożyczki opatrunkowe wg Lister, długość 180 mm	Szt.	3					
2.	Nożyczki do szwów - jedna szczeka z haczykiem, długość 135 mm	Szt.	2					
3.	Nożyczki chirurgiczne typ Mayo , proste, długość 155 mm	Szt.	1					
4.	Nożyczki chirurgiczne ,standard,proste, tępe długość 150 mm	Szt.	2					
5.	Nożyczki chirurgiczne wg Cooper ,standard,zagięte, długość 165 mm	Szt.	1					
6.	Nożyczki chirurgiczne typ Mayo,zakrzywione ,długość 155 mm	Szt.	1					
7.	Nożyczki preparacyjne wg Mayo, proste, model szeroki , długość .170 mm	Szt.	1					
8.	Nożyczki preparacyjne wg Mayo , zagięte,szeroki model długość.170 mm	Szt.	1					
9.	Nożyczki preparacyjne typ Stille, zagięte długość 150mm	Szt.	1					
10.	Nożyczki preparacyjne typ Stille,proste, długość 150mm	Szt.	1					
11.	Haczyk uszny wg Wagener , długość 3 mm , całkowita długość 150 mm	Szt.	1					
12.	Uchwyt uniwersalny do lusterek krtaniowych, o długości . 110 mm	Szt.	1					
13.	Lusterko krtaniowe wymienne, śr.18 mm, długość 120 mm pasujące do uchwytu uniwersalnego	Szt.	8					
14.	Łyzeczka kostna,dwustronna, ostra,owalna główka szerokość 7,3 mm i główka okrągła średnicy 8,5 mm,długość 160 mm	Szt.	4					
15.	Szpatułka językowa dwustronna typ Buchwald rozmiar 19/23 , długość 180 mm	Szt.	3					

16	Uchwyt(trzonek) skalpela nr 3 , długość 125 mm	Szt.	15					
17	Klem do drenów , szczęki ząbkowane ukośnie , długość 165 mm	Szt.	5					
18	Kleszczyki okienkowe wg Collin , w kształcie łezki okienko o szerokości 14,5 mm, ząbki poprzeczne , długość 160 mm	Szt.	3					
19	Kleszczyki naczyniowe delikatne wg Rankin , zagięte , długość 160mm	Szt.	4					
20	Kleszczyki naczyniowe delikatne wg Adson, zagięte 185 mm	Szt.	2					
21	Kleszczyki naczyniowe , delikatne typ Dixon – Lovelace, proste, typ pean, szczęki ząbkowane krzyżowo , długość 160 mm	Szt.	2					
22	Kleszczyki naczyniowe , delikatne typ Baby – Mosquito, delikatne, odgięte , bez ząbków , długość 100 mm	Szt.	80					
23	Kleszczyki do mycia pola operacyjnego, proste , z zapinką, szczęki z ostrymi ząbkami, długość 220 mm	Szt.	3					
24	Kleszczyki naczyniowe wg Halsted- Mosquito proste, bez ząbka proste długość 125 mm	Szt.	2					
25	Kleszczyki naczyniowe wg Spencer – Wells, zagięte , długość 150 mm	Szt.	3					
26	Kleszczyki naczyniowe wg Spencer – Wells , zagięte , długość 175 mm	Szt.	5					
27	Kleszczyki naczyniowe wg Rochester – Pean , proste , długość 225 mm	Szt.	2					
28	Kleszczyki do otrzewnej typu Mikulicz , 1x2 ząbki, zagięte , długość 205 mm	Szt.	5					
29	Pęseta anatomiczna, delikatna, zagięta w łuk, szczęki wąskie, ząbkowane poprzecznie, szer. 1 mm, dł. 90 mm	Szt.	4					
30	Pinceta delikatna anatomiczna typ Semken długość 150 mm	Szt.	5					
31	Pęseta anatomiczna , delikatna, prosta, zwężona od uchwytu do końca części pracującej, szerokość 3 mm, długość 200 mm	Szt.	2					
32	Pęseta anatomiczna standard, długość 130 mm	Szt.	3					
33	Pęseta anatomiczna , średnioszeroka , długość 200 mm	Szt.	2					
34	Pęseta chirurgiczna 1 X 2 ząbki , model pośredni pomiędzy pęsetą medium i	Szt.	2					

	standard, długość 160 mm							
35.	Pęseta anatomiczna średnio szeroka , zagięta łukowato , szczęki ząbkowane poprzecznie, długość 145 mm	Szt.	3					
36.	Imadło chirurgiczne wg Mayo – Hegar , długość 150 mm	Szt.	3					
37.	Imadło chirurgiczne wg Mayo – Hegar, bez żłobienia , długość 165 mm	Szt.	2					
38.	Haczyk operacyjny, delikatny do tchawicy, 4 zębny, ostry, rozmiar 7,5x14 mm, długość 165 mm	Szt.	2					
39.	Pęseta mikrochirurgiczna 1x2 ząbki, zagięta w łuk, rozmiar 0,4 x 0,25mm, dł. 95mm	Szt.	1					
40.	Kleszczyki naczyniowe , delikatne proste , bez ząbków , długość 100 mm. Typ BABY – MOSQUITO.	Szt.	40					
41.	Pęseta anatomiczna, delikatna, lekko zagięta (łukowata), powierzchnia pracująca ząbkowana poprzecznie, długość całkowita 105mm	Szt.	30					
Razem:								

.....
*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy*