



DZU/381/17B//2017

Katowice /16.02.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa wyrobów medycznych
DZP/381/17B/2017

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 10- Sonda do tonometru oraz projektu umowy §2.Ust.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następująco oznakowane opakowanie dostarczanego wyrobu medycznego?



Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz.1 dopuści regulację długości wycinka między 13mm a 22 mm pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuści regulację długości wycinka między 13 mm a 22 mm

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 1): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Zamawiający dopuszcza przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i



nie umożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 1): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki opisane w pytaniu, ale nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z fałbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce kroczu przed wyciekami. Fałbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, fałbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania fałbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z fałbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki opisane w pytaniu, ale nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 1): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkach minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają



się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odp. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki opisane w pytaniu, ale nie wymaga

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 1): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

Odp. Nie - zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 1): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2750g?

Odp. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki opisane w pytaniu, ale nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 1): pieluchomajtek oddzielających na całej powierzchni produktu, tj. w partii bioder jak również na całej powierzchni chłonnej produktu na zewnątrz i do wewnątrz?

Odp. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki opisane w pytaniu, ale nie wymaga

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie, z jakim urządzeniem do ogrzewania pacjenta ma być kompatybilna jednorazowa kołderka, opisana przez zamawiającego w pakiecie nr 2?

Odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 14.02.2017r. – (odpowiedzi na pytania na stronie Zamawiającego)

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 10- Sonda do tonometru i formularza ofertowo-cenowego Ponieważ jednorazowe sondy do tonometru iCare PRO pakowane są przez producenta w opakowaniu po 100 szt., które nie podlega dekompletacji, czy Zamawiający potwierdza, że przedmiotem pakietu nr 10 jest 4000 opakowań sterylnych sond pakowanych po 100 szt.?

Odp. Przedmiotem Pakietu nr 10 jest **4000 szt.** jednorazowych sond do tonometru Icare PRO TA03 a nie 4000 opakowań,

Pytanie nr 6

Pakiet 1 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 7

Pakiet 1 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści igły w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 8

Pakiet 1 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a'75szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie nr 9

Pakiet 1 Poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z zadania 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody



Pytanie nr 10

Pakiet 4 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie i parametrach:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wyposażona w 1 sztywnik.

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11

Pakiet 4 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie i parametrach:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 140 cm x 240 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wyposażona w 1 sztywnik.

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

Pakiet 4 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie i parametrach:

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

3 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m²

1 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm

1 x fartuch foliowy przedni o wymiarach 80 cm x 130 cm

1 x zaciskacz do pępowiny

10 x wólfen gazowy 30 cm x 30 cm



Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierdzenia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Z osobną dołączoną sterylnie zapakowaną w opakowanie j.w.

Serwetę porodową wzmocnioną o wymiarach 114cm x 150cm zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cmx80cm wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu

Serweta wykonana z 2 warstwowego laminatu, gramatura 57g/m² ,wzmocniona dodatkową warstwą chłonną 80g/m², łączna gramatura strefy wzmocnionej 137g/m², zbiornik wykonany z folii PE wyposażony w sztywnik oraz port do podłączenia drenu

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 13

Zapytanie I: dotyczy Pakietu nr. 15 Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano sterylny zestaw porodowy, w którym podkład pod położnicę posiada wymiary: 85x120 cm? Zestaw zapakowany w sterylne opakowanie tyłu Tyvec. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie nr 14

Odp. Dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający oczekuje dotychczas stosowanych, wysokiej klasy przetworników amerykańskiego producenta z biuretą zabezpieczoną filtrem z trzema otworami w kolcu ułatwiającymi odpowietrzanie linii i zapobiegającymi pojawianiu się przypadkowych bąbelków powietrza?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający oczekuje dostawy przetworników kompatybilnych z kardiomonitorami firmy Mindray, model Bene View T8

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia kabli połączeniowych do kardiomonitorów Mindray Bene View T8? Jeżeli tak to w jakiej ilości?

Odp. Zamawiający będzie wymagał kabli połączeniowych, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania w ilości niezbędnej.

Czy Zamawiający będzie wymagał jednorazowego dostarczenia akcesoriów mocujących do przetworników w postaci 10 sztuk imadeł i 20 sztuk płytek?

Odp. Zamawiający będzie wymagał akcesoriów niezbędnych do prawidłowego użytkowania monitoringu firmy Mindray model Bene View T8

Pytanie nr 15

Pakiet 4, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną dwuwarstwową w rozmiarze 200x150 cm z otworem 70x12 cm wypełnionym folią i kieszeń na płyny 35x21 cm ze sztywnikiem?

Odp. Zgodnie z SIWZ



Pytanie 16

Pakiet 5, poz. 1:

-Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

-Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

-Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne przylepcorzepy z możliwością wielokrotnego mocowania w dowolnym miejscu produktu, co pozwala na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

-Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek, których zewnętrzna warstwa na całej powierzchni (100% powierzchni produktu) jest zbudowana z paroprzepuszczalnego laminatu, tworząc tzw. "oddychającą" warstwę zewnętrzną? Specjalna struktura warstwy zewnętrznej sprawia, że przepuszcza ona powietrze, ale nie przepuszcza cieczy, właściwość ta minimalizuje możliwość powstawania oparzeń i podrażnień, zmniejsza również ryzyko powstania odleżyn; dodatkowo tekstylnie podobne włókninowe pokrycie daje przyjemne odczucie w trakcie noszenia produktu.

-Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o chłonności min. 2600g?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisane pieluchomajtki ,ale nie wymaga.

Pytanie 17

Pakiet 4, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną trzywarstwową w rozmiarze 200x150 cm z otworem 10x12 cm wypełnionym folią i kieszeń na płyny 35x21 cm ze sztywnikiem?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

Pakiet 15, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta TF 150x90 cm	SZT	1,00
serweta pod pośladki L2	SZT	1,00
serwetki przedni 87x150 cm	SZT	1,00
serwetki chirurgiczny perfect L	SZT	1,00
topfury z gazy 50x50 cm	SZT	10,00
serweta kompresowa 60x80 cm	SZT	3,00
serwetki do rąk 20x40 cm	SZT	2,00
łom do pępowiny	SZT	1,00

Odp. Zgodnie z SIWZ



Pytanie 19

Takiet 15, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1. serweta z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 43 g/m² i min. nieprzemakalności 182 cm H₂O i wytrzymałości na rozrywanie min. 218 Kpa, rozmiar 150x90 cm, szt. 1
2. serweta pod pośladki L2 z kieszenią w rozmiarze 113x90 cm, szt. 1
3. fartuch przedni wykonany z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 43 g/m² w rozmiarze 71x116 cm, szt. 1
4. fartuch chirurgiczny wzmocniony o gramaturze 35 g/m², wzmocniony laminatem o gramaturze 40 g/m²
5. tufiery z gazy 50x50 cm, szt. 10
6. serweta kompresowa, wykonana z włókniny 40 g, 67 % włókno wiskozowe, 33% włókno poliestrowe w rozmiarze 60x80 cm, szt. 3
7. ściwetki włókninowe do rąk w rozmiarze 20x40 cm, szt 2
8. kleś do pępowiny, szt. 1

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20


Takiet nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje nerki medycznej jednorazowej wykonanej z pulpy celulozowej o wytrzymałości na przesiąkanie do 4 godzin dla cieczy lub odpadów bytowych o temperaturze do 45 stopni Celsjusza?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.02.2017r. do godz. 10:00

Składanie ofert nastąpi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 w pokoju E 057 w dniu 21.02. 2017 r. o godz. 10.30.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Pająk
Kierownik Działu Zamówień Instytucyjnych