



D/ZP/3800/29A/13

Katowice, dn.1.9.KW!..2013...

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych

PYTANIE 1 : dot. Części nr 4. Proszę o doprecyzowanie specyfikacji, czy Zamawiający w części 4, pozycji 1,2,3 wymaga soczewki preloaded - zapakowanej fabrycznie do kartridża?

ODPOWIEDŹ: Sposób pakowania określono w opisie przedmiotu zamówienia tj. Załączniku nr 4.4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 2 : dot. Części nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z części 4 pozycji nr 1 oraz dopuści soczewkę z iniektorem jednorazowego użytku i kartridżem w komplecie z soczewką: średnica optyczna 6,00 mm, średnica całkowita 11 mm, pozostałe parametry bez zmian, w celu umożliwienia złożenia oferty większej liczbie Wykonawców?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wymaga zaoferowania soczewek zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4.4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 3 : dot. Części nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z części 4 pozycji nr 2 oraz dopuści soczewkę z iniektorem jednorazowego użytku i kartridżem w komplecie z soczewką: średnica optyczna 6,00 mm, średnica całkowita 11 mm, pozostałe parametry bez zmian, w celu umożliwienia złożenia oferty większej liczbie Wykonawców?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wymaga zaoferowania soczewek zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4.4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 4 : dot. Części nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z części 4 pozycji nr 3 oraz dopuści soczewkę z iniektorem jednorazowego użytku i kartridżem w komplecie z soczewką: średnica optyczna 6,00 mm, średnica całkowita 11 mm, pozostałe parametry bez zmian, w celu umożliwienia złożenia oferty większej liczbie Wykonawców?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wymaga zaoferowania soczewek zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4.4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 5 : dot. Części nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z części 4 pozycji nr 1 oraz dopuści soczewkę z iniektorem jednorazowego użytku i soczewką zapakowaną fabrycznie do kartridża, średnica optyczna 6,00 mm, średnica całkowita 11 mm, zakres mocy od 0,0 D do +32,0 D, z jednym otworem w części haptycznej, pozostałe parametry bez zmian, w celu umożliwienia złożenia oferty większej liczbie Wykonawców?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wymaga zaoferowania soczewek zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4.4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 6 : dot. Części nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z części 4 pozycji nr 2 oraz dopuści soczewkę z iniektorem jednorazowego użytku i soczewką zapakowaną fabrycznie do kartridża, średnica optyczna 6,00 mm, średnica całkowita 11 mm, zakres mocy od 0,0 D do +32,0 D, z jednym otworem w części haptycznej, pozostałe parametry bez zmian, w celu umożliwienia złożenia oferty większej liczbie Wykonawców?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wymaga zaoferowania soczewek zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4.4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR

Barbara Jorg