



Do wszystkich wykonawców

Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowej odzieży ochronnej

Pytanie - Część 4, 5, 6 – Rękawiczki diagnostyczne niesterylne Czy Zamawiający wymaga jedynie dla części 4, 5, 6 Deklaracji Zgodności? Są to rękawiczki niesterylne zabiegowe sklasyfikowane zgodnie z MDD:1

Odpowiedź: Zamawiający w pkt.VII .1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił dokładnie jakich wymaga dokumentów

Pytanie - Część 4, 5, 6 – Czy Zamawiający wymaga dla części 4, 5, 6 po 10 szt próbek z każdego rozmiaru? W opakowaniu handlowym jest po 100 szt. W takim razie jak rozumieć ten zapis o próbkach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga załączenia próbek zgodnie z opisem zawartym w pkt.VII .2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia .Zamawiający nie wymaga pełnego opakowania handlowego ale dopuszcza.

Pytanie - dotyczy części 1 poz. 1 i 2- Czy Zamawiający w ramach składania ofert równoważnych dopuszcza również chirurgiczne fartuchy sterylne z pięciowarstwowej włókniny typu SMMMS przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w części 1 poz. 1 i 2 fartuchów sterylnych z pięciowarstwowej włókniny typu SMMMS przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie - dotyczy części 3 poz. 1 i 2-Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach 6,5-8, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rozmiarów rękawic zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie - Dotyczy SIWZ pkt VII.2 PRÓBKII dla części 4,5,6- Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia próbek w wymaganej ilości tzn. po minimum 10 sztuk z każdego rozmiaru S,M,L ale bez opakowania handlowego dla każdego rozmiaru. W zamian proponujemy dostarczenie po 10 sztuk rękawic w rozmiarze S,M,L i 1 opakowania handlowego dla dowolnego rozmiaru bądź też 1 całego opakowania rękawic z dowolnego rozmiaru. Złożenie 10 sztuk próbek i opakowania dla każdego rozmiaru wymaga wystawienia po jednym pełnym opakowaniu rękawic a'100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga załączenia próbek zgodnie z opisem zawartym w pkt.VII .2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia .Zamawiający nie wymaga pełnego opakowania handlowego ale dopuszcza.

Pytanie - Projekt umowy- §2 pkt. 11-Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie zapisu dostarczenia przedmiotu umowy do pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej. Czy Zamawiający wymaga kilku miejsc dostaw? Prosimy także o podanie kondygnacji Apteki.

Odpowiedź: Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej znajdują się w jednym budynku szpitala; na poziomie -1 i +2; dostęp -windą.

Pytanie - Projekt umowy- §2 pkt. 14 -Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź: Zamawiający w §2 pkt. 14 wzoru umowy określił „... że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 30% wartości umowy”.

Pytanie - Projekt umowy- §5 pkt. 1cZwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź : Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem

Pytanie - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w CZĘŚCI NR 2 pozycji 2 czepek chirurgicznego męskiego w kolorze zielonym o kroju furażerki z tyłu wiązany na troki z taśmą pochłaniającą pot w części czołowej, wykonanego z przewiewnej włókniny.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zaoferowania czepek zgodnego z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie – Część 2 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy. Czepek posiada wydłużoną część tylną ze ściągaczem. Brak ściągacza na czole. Pakowany w kartonik, kolor aqua.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zaoferowania czepek zgodnego z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach części nr 2 poz.2 czepek wykonanego z chłonnej włókniny wiskozowej bez dodatkowej opaski pochłaniającej pot?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zaoferowania czepek zgodnego z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie – Część 1 poz. 1, 2- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów w kolorze turkusowym, o długości dla rozmiaru L- 120cm i dla XL- 130cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów opisanych w pytaniu .

Pytanie – Dot. Części nr 1, poz. 1-Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów zgodnych z wymaganiami jedynie w kolorze niebieskim?

Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów opisanych w pytaniu .

Pytanie – Dot. Części nr 1, poz. 2:Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów jedynie w kolorze niebieskim z nieprzemakalnymi wzmocnieniami na zewnątrz fartucha, pakowanego indywidualnie z dwoma ręczniczkami w rozmiarze 40x20cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha opisanego w pytaniu.

Pytanie – Dot. Części nr 2, poz. 1, 2, 3, 4- Czy Zamawiający dopuści czepki oraz maski jedynie w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w części nr 2 w kolorze niebieskim

Pytanie – Dot. Części nr 2, poz. 2- Czy Zamawiający dopuści niesterylny czepak, o kroju furażerki, z umieszczoną z tyłu gumką, wyposażony w taśmę pochłaniającą pot w części czołowej, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny, na całej powierzchni czepka?

Odpowiedź :Zamawiający wymaga zaoferowania czepka zgodnego z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie – Dot. Części nr 3- Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jak cienkie mają być rękawice np. podając konkretne grubości w części dłoniowej, mankietu i palcach?

Odpowiedź :Zamawiający nie określa dodatkowych parametrów rękawic.

Pytanie – Do projektu umowy- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź :Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem

Pytanie - Zadanie 1 pozycja 1-2-Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SSMMS?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny typu SSMMS.

Pytanie - Zadanie 1 pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny o gramaturze 45g/m² ze wzmocnieniami o gramaturze 28g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartuchów o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie - Zadanie 2 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści czepak ze wstawką przeciwpotną w przedniej części?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w części 2 poz. 2 czepka ze wstawką przeciwpotną w przedniej części.

Pytanie - Zadanie 2 pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści maski z trokami o długości min.35cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania masek zgodnych z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie - Część nr 1, poz. 1,2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów z włókniny pięciowarstwowej typu SMMMS, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w części 1 poz. 1 i 2 fartuchów sterylnych z pięciowarstwowej włókniny typu SMMMS przy zachowaniu pozostałych parametrów


DYREKTOR
Dariusz Jorg