

**Do wszystkich wykonawców****Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych**

1. **Pytanie** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 3 „Paski diagnostyczne o panelu antybiotyki” i utworzenie z tej pozycji oddzielnego pakietu? Zamieszczenie tej pozycji w pakiecie uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert ponad jednego dostawcę posiadającego w swoim portfolio wymieniony produkt.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. **Pytanie** - Czy Zamawiający dopuści zestawy testowe zawierające na pasku diagnostycznym następujące profile alergenów:

**Profil wziewny:**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| <b>g1</b>  | Tomka wonna                    |
| <b>g3</b>  | Kupkówka pospolita             |
| <b>g6</b>  | Tymotka łąkowa                 |
| <b>g12</b> | Żyto                           |
| <b>t2</b>  | Olcha                          |
| <b>t3</b>  | Brzoza                         |
| <b>t4</b>  | Leszczyna                      |
| <b>t7</b>  | Dąb                            |
|            |                                |
| <b>w1</b>  | Ambrozja                       |
| <b>w6</b>  | Bylica                         |
| <b>w9</b>  | Babka lancetowata              |
| <b>d1</b>  | Dermatophagoides pteronyssinus |
| <b>d2</b>  | Dermatophagoides farinae       |
| <b>e1</b>  | Kot                            |
| <b>e2</b>  | Pies                           |
| <b>e3</b>  | Koń                            |
| <b>m1</b>  | Penicillium notatum            |
| <b>m2</b>  | Cladosporium herbarum          |
| <b>m3</b>  | Aspergillus fumigatus          |
| <b>m6</b>  | Alternaria alternata           |

**Profil pokarmowy:**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>f1</b>   | Białko jaja        |
| <b>f75</b>  | Żółtko jaja        |
| <b>f2</b>   | Mleko krowie       |
| <b>f45</b>  | Drożdże piekarskie |
| <b>f4</b>   | Mąka pszenna       |
| <b>f5</b>   | Mąka żytnia        |
| <b>f9</b>   | Ryż                |
| <b>f14</b>  | Soja               |
| <b>f13</b>  | Orzeszki ziemne    |
| <b>f17</b>  | Orzech laskowy     |
| <b>f20</b>  | Migdał             |
| <b>f49</b>  | Jabłko             |
| <b>f84</b>  | Kiwi               |
| <b>f237</b> | Morela             |
| <b>f25</b>  | Pomidor            |
| <b>f31</b>  | Marchew            |
| <b>f35</b>  | Ziemniak           |
| <b>f85</b>  | Seler              |
| <b>f3</b>   | Dorsz              |
| <b>f23</b>  | Krab?              |

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 9 paneli zgodnych z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. **Pytanie** - Czy Zamawiający dopuści testy do diagnostyki alergii ilościowe, w których wyniki są przyporządkowywane do poszczególnych klas?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testów opisanych w pytaniu.

4. **Pytanie** - Co Zamawiający ma konkretnie na myśli wymagając w pozycji nr 4 i 5 materiału kontrolnego do paneli pokarmowych i wziewnych? Jakiego rodzaju powinien być to materiał? Prosimy o sprecyzowanie wymagań Zamawiającego oraz podanie formy/postaci wymaganego materiału, sposobu konfekcjonowania itp.

**Odpowiedź:** Materiał kontrolny powinien być w postaci liofilizatu lub płynnej, który po rekonstytucji mógłby być porcjowany i przechowywany w zamrażarce niskotemperaturowej lub w temp. 2-8°C max. do 3 dni.

W/w materiał kontrolny powinien zawierać p/ciała IgE specyficzne skierowane przeciwko wymaganym w SIWZ alergenom pokarmowym (kontrola paneli pokarmowych) i alergenom wziewnym (kontrola paneli inhalacyjnych).

Uzyskane w toku badania wyniki stężeń IgE sp. (mogą być przyporządkowane do odpowiednich klas) i porównane z tabelą wartości stężeń (lub odpowiednich klas) należnych, znajdujących się w ulotce dotyczącej danego materiału kontrolnego.


5. **Pytanie** - Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania materiału kontrolnego opisanego w pozycji nr 4 i 5? Oferowane przez nas zestawy diagnostyczne posiadają linie kontrolną świadczącą o prawidłowości wykonania oznaczeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowanie materiału kontrolnego zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. **Pytanie** - do części nr 3 – Formularz asortymentowo- cenowy: Poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści kasety z terminem ważności min. 4 miesiące od daty dostawy?

**Odpowiedź:** Zamawiający w części 2 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowany w pytaniu termin ważności kasety.

7. **Pytanie** - do części nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy: poz. nr 5, 6: Czy Zamawiający dopuści kasety z terminem ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy?  
**Odpowiedź** : Zamawiający w części 2 poz. 5 i 6 wyraża zgodę na zaoferowany w pytaniu termin ważności kasety.
8. **Pytanie** - do części nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy Poz. nr 7: Czy Zamawiający dopuści gaz kalibracyjny z terminem ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy?  
**Odpowiedź** : Zamawiający w części 2 poz. 7 wyraża zgodę na zaoferowany w pytaniu termin ważności gazu kalibracyjnego.
9. **Pytanie** – dotyczy części nr 3 – Czy Zamawiający w pozycji 1,2 oraz 3 załącznika 4.3 dopuści zestawy z miesięcznym terminem przydatności użycia płytki reakcyjnej/mikropłytki do badań od daty jej otwarcia?  
**Odpowiedź**: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 1,2,3 zestawów z miesięcznym terminem przydatności użycia płytki reakcyjnej/mikropłytki do badań od daty jej otwarcia.
10. **Pytanie** – Dotyczy: Pakiet 9 – Formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik 4.9) Prosimy o sprecyzowanie wymaganej ilości badań i w kolumnie piątej „Wymagana ilość” wpisanie ilości testów w przeliczeniu na sztukę. Każdy producent może pakować testy inaczej, a podanie ilości wymaganej ułatwi Zamawiającemu porównanie ofert.  
**Odpowiedź**: Zamawiający nie wprowadza zmian w formularzu asortymentowo –cenowym.
11. **Pytanie** - Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ Par. 2 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?  
**Odpowiedź**: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.
12. **Pytanie** - Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ Par. 2 ust. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?  
**Odpowiedź**: Zamawiający zmienia zapis §2 ust. 13 wzoru umowy w Załączniku nr 5a) w następujący sposób: „Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 30% wartości umowy.”
13. **Pytanie** - Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?  
**Odpowiedź**: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.
14. **Pytanie** - Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ Par. 5 ust. 1 pkt a)-b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”?  
**Odpowiedź**: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.
15. **Pytanie** - Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ Par. 5 ust. 1 pkt c) Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.  
**Odpowiedź**: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.
16. **Pytanie** - Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ- Par. 5 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”  
**Odpowiedź**: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.
17. **Pytanie** - Dot. Załącznik nr 5a do SIWZ Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?  
**Odpowiedź**: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.
18. **Pytanie** - Dot.: Załącznik nr 6 do SIWZ Par. 2 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy, gdyż wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji jest fakultatywne. W przypadku niepowołania ABI, czynności jemu przypisane wykonuje administrator danych osobowych.  
**Odpowiedź**: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.
19. **Pytanie** - Dot.: Załącznik nr 6 do SIWZ Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uprawnienie do naliczenia kary umownej przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?  
**Odpowiedź**: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.
20. **Pytanie** - Dot.: Załącznik nr 6 do SIWZ Par. 5 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”  
**Odpowiedź**: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii  
w Katowicach  
  
Kierownik Centrum Zarządzeń Publicznych