



Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu na dostawę drobnego sprzętu medycznego

Pytanie 1: Część 6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę czołową typu Clar innego producenta z lampą LED zasilaną bateryjnie i lusterkim 55mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania lampy czołowej zgodnie z opisem zamówienia w zaproszeniu do składania ofert.

Pytanie 2: Część 7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania podgrzewacz lusterek innego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający być może dopuściłby inny podgrzewacz, gdyby wiedział o jaki chodzi. Wykonawca w zadanyemu pytaniu tego nie sprecyzował. W tej sytuacji Zamawiający wymaga zaoferowania podgrzewacza do lusterek zgodnie z opisem zamieszczonym w zaproszeniu do składania ofert.


Pytanie 3: Część 5, ssak próżniowy w standardzie AGA – prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli, AGA jest zarówno standardem połączeń np. reduktorów tlenowych jak też nazwą producenta ssaków.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania ssaka próżniowego posiadającego standard połączenia AGA.

Pytanie 4: Część 8, Reduktor do tlenu A21 III – prosimy o potwierdzenie że chodzi o dozownik tlenu do centralnej instalacji szpitala i do stosowania jednorazowych nawilżaczy tlenu, na co wskazuje symbol urządzenia, oraz o wyjaśnienie, czy taki nawilżacz ma być zaoferowany w cenie razem z dozownikiem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dozownika tlenu do centralnej instalacji o symbolu A21 III wraz z jednorazowym nawilżaczem.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach


mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych