



DZP/381/41A/2017

Katowice / 24.05.2017

Do wszystkich Wykonawców

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

mgr Andrzej Rechowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z najmem analizatorów

PYTANIE 1 : W związku z ww. postępowaniem wnosimy następujące zapytanie (dotyczy części 1): 2. Ad pkt 11 i 13 Parametrów wymaganych (Załącznik nr 5.1): Wzywamy Zamawiającego do ponownego rozpatrzenia zapytania. W związku z tym, że żaden analizator parametrów krytycznych nie ma możliwości oznaczania wymaganej przez Zamawiającego osmolalności, jedynie możliwe jest wyliczenie tzw. efektywnej osmolalności osocza wg poniższego wzoru: $\text{osmolalność efektywna [mOsm/kg H}_2\text{O]} = 2 \times [\text{Na}^+] [\text{mmol/l}] + \text{glukoza [mmol/l]}$. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do wyliczania ww. parametru w sposób całkowicie automatyczny w oprogramowaniu LIS, w oparciu o dane oznaczane przez analizator? Pragniemy podkreślić, że tylko analizator jednej, konkretnej firmy umożliwia wyliczanie osmolalności bezpośrednio w oprogramowaniu analizatora. W przypadku podtrzymania zapisów w SIWZ prosimy Zamawiającego o merytoryczne uzasadnienie wymogu, że wyliczenie parametru osmolalność dopuszczalne jest jedynie w oprogramowaniu analizatora, a nie dopuszcza się możliwości wyliczenia tego parametru w systemie LIS. Uzyskana wartość, niezależnie czy została wyliczona w systemie aparatu czy w systemie LIS jest wartością tożsamą. Podtrzymanie zapisów SIWZ dotyczących wymogu oznaczania osmolalności równoważne z niedopuszczeniem wyliczenia tego parametru w systemie LIS uniemożliwia złożenie oferty przez więcej niż jedną firmę i jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych

ODPOWIEDŹ: Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu zmienia odpowiedź na pytanie nr 41 z dnia 17.05.2017 r. następująco: „Zamawiający w części nr 1 (Załącznik nr 5.1 poz.11 i 13) dopuszcza możliwość zaoferowania analizatorów z możliwością wyliczania osmolalności w sposób całkowicie automatyczny w oprogramowaniu LIS w oparciu o dane oznaczane przez analizator. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem wyniku badania osmolalności w systemie Lab3000 oraz Infomedica ponosi Wykonawca.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych