

UNIwersYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

*im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*

Katowice dn. 04.08.2016r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego : Dostawa akcesoriów endoskopowych oraz protez i balonów do zabiegów endoskopowych - **D/ZP/381/73A/16**

Pytania do SIWZ:

Pakiet nr 8

Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 8 dopuści zaoferowanie przewodników o długości 450 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przewodników o długości 450 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.*

Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przewodnic z końcówkami atraumatycznymi o długości 5 cm lub 7 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*

Pakiet nr 15

Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 15 dopuści zaoferowanie protez wykonanych z miękkiego poliuretanu (PU) o długościach 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 i 15 cm do wyboru, z zewnętrznym znacznikiem dystalnym i proksymalnym oraz znacznikiem pośrodku części prostej.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*

Pakiet nr 16

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu 19 dopuści zaoferowanie balonów o długości 30 mm dla wszystkich średnic, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: *Z treści pytania wynika, że dotyczy Pakietu nr 19 - Zgodnie z SIWZ*

Pakiet nr 17

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu 17 dopuści zaoferowanie sondy bez pętli alfa z zakończeniem typu pigtail, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*

Pakiet nr 21

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie narzędzia do podwiązywania nie wymagającego stosowania sionki teflonowej do założenia pętli.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*

Pakiet nr 26

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ustników z paskiem mocującym.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ustników z paskiem mocującym*

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników o średnicy otworu minimum 16 mm.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Pakiet nr 29

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*

Pakiet nr 37


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonu dostosowanego do prowadnicy 0,035", pozostałe parametry godne z opisem.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*

Pakiet nr 47

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 6 mm i średnicy 23G, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: *Z treści pytania wynika, że dotyczy Pakietu nr 41 - Zgodnie z SIWZ*

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Aneta Stech
Kierownik Działu Zamówień i Usług