

UNIwersytecki CENTRUM Kliniczne

im. prof. K. Gileńskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

DZP/381/81B/2016

Katowice, dn. 02.08.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę respiratorów

PYTANIE 1 : p. 3 -Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu respiratora bez możliwości oddzielenia monitora od jednostki pneumatycznej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w poz. 3 Załącznika nr 4 dopuszcza możliwość zaoferowania respiratora bez możliwości oddzielenia monitora od jednostki pneumatycznej.

PYTANIE 2 : p. 11-Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy respirator będzie posiadał lepsze rozwiązanie użytkowe to znaczy będzie posiadał możliwość ręcznego regulowania przez użytkownika dwóch czasów, czasu przy wyższym poziomie ciśnienia i czasu przy niższym poziomie ciśnienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w poz. 11 Załącznika nr 4 dopuszcza możliwość zaoferowania respiratora posiadającego możliwość ręcznego regulowania przez użytkownika dwóch czasów, czasu przy wyższym poziomie ciśnienia i czasu przy niższym poziomie ciśnienia.

PYTANIE 3 : p. 14 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu respiratora bez oddechu spontanicznego wspomaganego proporcjonalnie typu PAV lub PPS lub IntelliventASV.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania respiratorów zgodnie z opisem zawartym w poz. 14 Załącznika nr 4 do SIWZ.

PYTANIE 4 : p. 15 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu respiratora bez możliwości rozbudowy o tryb automatycznego dostosowania poziomu O₂, PEEP i wspomagania ciśnieniowego na podstawie zmierzonych danych Spo₂ i CO₂ lub możliwość rozbudowy o tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnieniowego na podstawie pomiarów częstości, objętości i CO₂.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania respiratorów zgodnie z opisem zawartym w poz. 15 Załącznika nr 4 do SIWZ.

PYTANIE 5 : p. 16 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu respiratora bez możliwości rozbudowy o wentylację z docelową objętością minutową typu MMV, ASV.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania respiratorów zgodnie z opisem zawartym w poz. 16 Załącznika nr 4 do SIWZ.

PYTANIE 6 : p. 17 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu respiratora, w którym zamiast możliwości rozbudowy o automatyczną kompensację oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej zaoferowana jest automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w poz. 17 Załącznika nr 4 dopuszcza możliwość zaoferowania respiratora, w którym zamiast możliwości rozbudowy o automatyczną kompensację oporów rurki

intubacyjnej i tracheostomijnej zaoferowana jest automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego.

PYTANIE 7 : p. 18 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu respiratora bez westchnień automatycznych z regulacją parametrów, ale z możliwością wygenerowania pojedynczego dodatkowego oddechu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania respiratorów zgodnie z opisem zawartym w poz. 18 Załącznika nr 4 do SIWZ.

PYTANIE 8 : p. 20 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu respiratora z regulacją objętości pojedynczego oddechu w zakresie 100 do 2000 ml.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania respiratorów zgodnie z opisem zawartym w poz. 20 Załącznika nr 4 do SIWZ.

PYTANIE 9 : p. 24 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu respiratora regulowanym czasem wdechu przy VCV od 0,1 do 5,0 s.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania respiratorów zgodnie z opisem zawartym w poz. 24 Załącznika nr 4 do SIWZ.

PYTANIE 10 : p. 26 oraz 27– Czy Zamawiający zamiast rozwiązań opisanych w tych dwóch punktach dopuści do przetargu respirator z regulowanym przepływowym trybem rozpoznawania oddechu własnego pacjenta, na ekranie urządzenia wyrażonego cyfrowo i odzwierciedlającego ułamek przepływu podstawowego w zakresie 0-100% przepływu podstawowego ustawionego na poziomie 2l/min oraz z możliwością ustawienia triggera ciśnieniowego regulowanego w zakresie 1-20 cmH₂O?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania respiratorów zgodnie z opisem zawartym w poz. 26 i 27 Załącznika nr 4 do SIWZ.

PYTANIE 11 : p. 29 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu respiratora, w którym obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji wygląda następująco:

- Frakcja przecieku w procentach zamiast wartości wentylacji minutowej przecieku,
- Peep całkowity (TotalPeep) zamiast AutoPeep,
- Brak prezentacji objętości „pułapki powietrznej” przy AutoPEEP
- Częstość oddechów spontanicznych oraz rzeczywista częstość oddychania zamiast częstości oddechów wymuszonych,
- Bez prezentacji Maksymalnego wysiłku wdechowego NIF

Pozostałe wymagania zawarte w tym punkcie są realizowane zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania respiratorów zgodnie z opisem zawartym w poz. 29 Załącznika nr 4 do SIWZ.

PYTANIE 12 : p. 31 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu respiratora, który zamiast parametrów opisanych w tym punkcie jest wyposażony w ekran kolorowego monitora dotykowego o wielkości 12,1 cala (pojedyncza matryca) z prezentacją krzywych oddechowych oraz pętli oddechowych i z możliwością prezentacji trendów wybranych mierzonych parametrów z ostatnich 24godzin.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania respiratorów zgodnie z opisem zawartym w poz. 31 Załącznika nr 4 do SIWZ.

PYTANIE 13 : p. 33-Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu respiratora bez alarmu za wysokiej objętości oddechowej TV - pozostałe alarmy zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania respiratorów zgodnie z opisem zawartym w poz. 33 Załącznika nr 4 do SIWZ.

PYTANIE 14 : p. 35- Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli respirator będzie posiadał typowe skróty dotyczące wentylacji przedstawiane w formie rozwiniętej przetłumaczonej na język polski, alarmy przedstawiane w sposób opisowy a nie tylko kodowy, jak również opisowe

informacyjne zdarzania, dziennik rejestrujący wszelkie zmiany prowadzony sposób opisowy i inne opisy w pełni informujące użytkownika o możliwościach urządzenia oraz prowadzonej aktualnie wentylacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w poz. 35 Załącznika nr 4 dopuszcza możliwość zaoferowania respiratora, posiadającego typowe skróty dotyczące wentylacji przedstawiane w formie rozwiniętej przetłumaczonej na język polski, alarmy przedstawiane w sposób opisowy a nie tylko kodowy, jak również opisowe informacyjne zdarzania, dziennik rejestrujący wszelkie zmiany prowadzony sposób opisowy i inne opisy w pełni informujące użytkownika o możliwościach urządzenia oraz prowadzonej aktualnie wentylacji

PYTANIE 15 : p. 36- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu respiratora firmy, w ofercie której nie jest dostępny uchwyt do mocowania respiratora na wózku do łóżka pacjenta. W ofercie naszej firmy dostępne są inne systemy montażu z wyjątkiem opisanego w SIWZ.


ODPOWIEDŹ: Zamawiający w poz. 36 Załącznika nr 4 dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanego respiratora.

PYTANIE 16 : p. 38 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu respiratora, z którym w komplecie zamiast pneumatycznego zostanie dostarczony zewnętrzny nebulizator z elektronicznie sterowaną membraną do wziewnego podawania leków. Pozostałe wymagania zawarte w tym punkcie zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w poz. 38 Załącznika nr 4 dopuszcza możliwość zaoferowania respiratora, z którym w komplecie zamiast pneumatycznego zostanie dostarczony zewnętrzny nebulizator z elektronicznie sterowaną membraną do wziewnego podawania leków. Pozostałe wymagania zawarte w tym punkcie zgodne z SIWZ.

PYTANIE 17 : dotyczy – Załącznik 4, Respirator 5 sztuk- Czy Zamawiający dopuści do przetargu respiratory, które będą posiadały inne nazewnictwo, inną nomenklaturę dotyczącą tożsamyh funkcjonalności, trybów wentylacji czy też parametrów wentylacji, zależną od nazewnictwa stosowanego przez danego producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania respiratorów, które będą posiadały inne nazewnictwo, inną nomenklaturę dotyczącą tożsamyh funkcjonalności, trybów wentylacji czy też parametrów wentylacji, zależną od nazewnictwa stosowanego przez danego producenta.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Zdziału Zamówień Publicznych