



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego stosowanego do przygotowywania leków cytostatycznych

PYTANIE 1 : Pakiet nr 2, pozycje 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice jałowe z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, grubość na palcach 0,22mm, odporne na min. 6 substancji chemicznych w tym na karmustynę, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 2 : Pakiet nr 2, pozycje 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice niejałowe w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie precyzuje wielkości opakowań.

PYTANIE 3 : Pakiet nr 2, pozycje 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice niejałowe przebadane na min. 8 substancji chemicznych bez karmustyny, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 4 : Pakiet nr 2, pozycje 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice jałowe bezpudrowe wewnętrznie polimerowane oraz lekko chlorowane, pakowane zewnętrznie w folię oraz wewnętrznie w foliowany papier, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 5 : Pakiet nr 3, pozycje 6 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe komplety chirurgiczne wykonane z włókniny SMS o gram. min. 35g/m², spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 6 : Pakiet nr 3, pozycje 7 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ochraniacze na buty wysokie do łódki, wiązane na troki z polietylenu lub włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m²?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 7 : Pakiet nr 4, poz. 3-5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3-5 z zadania 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 8 : Pakiet nr 4, pozycje 5 Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne, sterylne o wymiarach 45x45cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 poz. 5 serwety operacyjnej o wymiarach 45x45cm.

PYTANIE 9 : Pakiet nr 5, pozycje 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SSMS o gramaturze 45g/m², ze wstawkami nieprzemakalnymi (PP+PE 28g), zawierające 2 jałowe ręczniki w rozmiarze 30x30cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 10 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części nr 1 pozycji nr 1 do osobnego pakietu ? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 11 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 1 pozycji nr 2 - Bezigłowy przyrząd z luerlockiem do transferu leków cytostatycznych z fiolki, jednorazowy, jałowy, z bolcem umożliwiającym wklucie w gumowy

korek fiolki, zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem 0,2 µm oraz końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem typu luer-lock? W przypadku odpowiedzi pozytywnej czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 12 : Pakiet nr 4.1, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli większej liczbie firm na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 13 : Pakiet nr 4.1, poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej z filtrem cząsteczkowym 5µm jeden długości 40mm, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 14 : Pakiet nr 4.1, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej do bezpiecznego pobierania leków z fiolek w zakresie rozmiaru 18G dobór długości igły (40mm i 25mm) w zależności od potrzeb użytkownika, spełniające pozostałe parametry SIWZ. Igła o długości 25mm pozwala zmniejszyć straty pobieranych leków, gdyż umożliwia pobór większej ilości leku z fiolek bez konieczności wycofywania igły, który to grozi wyciekiem roztworu i skażeniem zarówno leku, jak i osoby pobierającej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 15 : Pakiet nr 4.1, poz. 8-12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3-częściowych typu Luer-Lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków renomowanej firmy Becton Dickinson, sterylnych, z tłokiem w kolorze mlecznym i przezroczystym cylindrem, o pojemności 3ml, 5ml, 10ml, 20ml i 30ml, z dobrze czytelną, czarną, nieścieralną skalą na cylindrze odpowiadającą skali nominalnej strzykawki, spełniających pozostałe parametry SIWZ. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawkę rozszerzonej skali.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 16 : Pakiet nr 4.1, poz. 10-13. 1/ Prosimy Zamawiającego o podanie jakie pompy infuzyjne, jakich producentów posiada Zamawiający w celu zachowania kompatybilności strzykawek. 2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny być wymienione w menu pomp infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego w celu zachowania kompatybilności strzykawek? Informujemy, że każdy producent pompy wskazuje jakie strzykawki jakich producentów winny być stosowane, poprzez umieszczenie ich w menu pompy.

ODPOWIEDŹ: Przedmiotem zamówienia w części nr 1 poz. 10-13 są strzykawki jednorazowego użytku – Zamawiający nie wskazuje potrzeby kompatybilności pompą infuzyjną.

PYTANIE 17 : Pakiet nr 4.1, poz. 14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka typu Combi w kolorze pomarańczowym, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 poz. 14 koreczka typu Combi w kolorze pomarańczowym.

PYTANIE 18 : Pakiet nr 4.2, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych, bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, ochronnych, sterylnych, łatwych w nakładaniu na mokrą i wilgotną dłoń, chroniących przed lekami cytostatycznymi, będących wyrobem medycznym, spełniającym wszystkie normy dla środka ochrony osobistej kategorii III, badania na 14 cytostatyków w tym karmustynę (czas przebicia min. do 240 min.), grubość na palcu 0,27mm, AQL=1, długość zgodna z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 270-285mm w zależności od rozmiaru (5 ½, 6, 6 ½ - 270mm, 7, 7 ½ i 8 - 280mm, 8 ½ i 9 - 285mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 19 : Pakiet nr 4.2, poz. 2 1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic niejałowych, nitylowych, bezpudrowych, jednorazowego użytku, chroniących przed lekami cytostatycznymi, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, zewnętrzna powierzchnia teksturowana ułatwiająca pewny chwyt. Długość rękawicy min. 280mm, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,09mm, lecz o wysokiej odporności na co najmniej 12 cytostatyków (czas przebicia powyżej 240min.) w tym karmustynę, rozmiar S-XL.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 20 : Pakiet nr 4.2, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych podwójnie w wewnętrzne opakowanie papierowe, zewnętrzne foliowe, podciśnieniowe.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 poz. 3 wyżej opisanego opakowania.

PYTANIE 21 : Pakiet 4.4, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje maski posiadającej miękką piankę przeciwko parowaniu okularów poprawiającą komfort pracy użytkownika?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 4 poz. 2 wyżej opisanej maski chirurgicznej.

PYTANIE 22 : Pakiet 4.4, poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety operacyjnej o wymiarach 45 cm x 50 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 23 : Pakiet 4.5, poz. 1. 1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręczników o wymiarach 39 cm x 30 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. 2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje fartuchów pakowanych w wewnętrzne opakowanie ochronne z niepylającej i niezapamiętującej kształtu włókniny.


ODPOWIEDŹ: 1/. Zamawiający wymaga zaoferowania ręczników o wymiarach zgodnych z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2/. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 5 poz. 1 wyżej opisanego opakowania.

PYTANIE 24 : Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy pakiecie nr4.2, w pozycji nr 1 dopuści rękawice jałowe jednorazowego użytku chroniące przed lekami cytostatycznymi zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej, kategoria III, przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978-05, która jest bardziej dokładna i szczegółowa niż norma EN 374 dla min. 5 leków cytostatycznych (dowolnych) i karmustyny z wynikiem 1,19 minut?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 25 : Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy pakiecie nr 4.2, w pozycji nr 2 dopuści rękawiczki niejałowe jednorazowego użytku, chroniące przed lekami cytostatycznymi, kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń. Bezpudrowe z wewnętrzną warstwą chlorowaną, ułatwiającą nakładanie na wilgotną i mokrą dłoń, o teksturowanej powierzchni na końcach palców ułatwiającej pewny chwyt. Długość rękawicy min. 280mm, grubość pojedynczej ścianki na palcach 0,15mm (+/-0,02mm). Zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kategoria III, przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978-05, która jest bardziej dokładna i szczegółowa niż norma EN 374 dla min. 5 leków cytostatycznych (dowolnych) i karmustyny z wynikiem 16,70 minut?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach

mgr Andrzej Pechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych