

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Katowice, dn. 08.06.2016 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i płynów do terapii nerkozastępczej - DZP/381/35A/2016

PYTANIE nr 1 :

Czy dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu™ 13%(1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na⁺ 1352 – Citrate³⁻ 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

PYTANIE nr 2 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 i 4 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 2 i 4 z pakietu zbiorczego.

PYTANIE nr 3 :

Czy Zamawiający w pozycji 4 ma na myśli produkt Citra Lock w stężeniu 46,7% fiolka 5ml?

ODPOWIEDŹ:

Tak, pozycja 4 pakietu zbiorczego dotyczy produktu Citra Lock w stężeniu 46,7% fiolka 5ml

PYTANIE nr 4 :

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach 17cm, 20cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniecyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 8 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 8 z pakietu zbiorczego

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych