



Do wszystkich wykonawców

Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do wkluć

Pytanie – dotyczy części 3 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści aparaty typu Mini Spike z dokładniejszym filtrem 0,1µm?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu typu Mini Spike z dokładniejszym filtrem 0,1µm

DYREKTOR
Dariusz Jorg