



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych

PYTANIE 1 : dot. wzoru umowy –załącznik nr 6c) do SIWZ. Par.2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności na 6 m-cy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 2 : dot. wzoru umowy –załącznik nr 6c) do SIWZ.Par.2 ust. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – ‘Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy’?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia zapis §2 ust. 15 wzoru umowy w Załączniku nr 6c) w następujący sposób: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na Odczynniki bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 30% wartości umowy.”

PYTANIE 3 : dot. wzoru umowy –załącznik nr 6c) do SIWZ. Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w par. 3 ust. 3? Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 4 : dot. wzoru umowy –załącznik nr 6c) do SIWZ.Par.4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „nieodpłatnej naprawy” na „naprawy w ramach czynszu dzierżawnego”?

ODPOWIEDŹ: Przedmiotem umowy nie jest dzierżawa Aparatu.

PYTANIE 5 : dot. wzoru umowy –załącznik nr 6c) do SIWZ. Par.4 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by obowiązek wymiany dotyczył przypadku pięciokrotnej awarii tego samego podzespołu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 6 : dot. wzoru umowy –załącznik nr 6c) do SIWZ. Par.4 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „nieodpłatnie” oraz „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

ODPOWIEDŹ: Przedmiotem umowy nie jest dzierżawa Aparatu.

PYTANIE 7 : dot. wzoru umowy –załącznik nr 6c) do SIWZ. Par.5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 8 : dot. wzoru umowy –załącznik nr 6c) do SIWZ. Par.6 ust.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by termin był liczony od dnia rozpatrzenia reklamacji, której mowa w par. 6 ust.2?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 9 : dot. wzoru umowy –załącznik nr 6c) do SIWZ. Par.7 ust. 1 pkt a)-b) oraz d)-e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”? Uzasadnienie: „Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C. następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej – nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 10 : dot. wzoru umowy –załącznik nr 6c) do SIWZ. Par. 7 ust. 1 pkt c) Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy. Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 11 : dot. wzoru umowy –załącznik nr 6c) do SIWZ. Par.7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od ządania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 12 : dot. wzoru umowy –załącznik nr 6c) do SIWZ. Par.8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 13 : Pakiet I i XV. Czy Zamawiający dopuści paski diagnostyczne 11-parametrowe do analizy ogólnej moczu w konfekcji 150sztuk w opakowaniu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 15 poz.1 pasków diagnostycznych 11-parametrowych do analizy ogólnej moczu w konfekcji 150sztuk w opakowaniu.

PYTANIE 14 : Pakiet I i XV. Czy Zamawiający dopuści analizator, którego wydajność w trybie w trybie normalnym wynosi 50 oznaczeń/h, natomiast pracując w trybie przyspieszonym wynosi ponad 60 oznaczeń/h?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 15 poz. 2 czytnika pasków zgodnie z opisem zawartym w Załączniku 4.15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 15 : do części nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy. Poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści kasety z terminem ważności min. 4 miesiące od daty dostawy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 3 poz. 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku 4.15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 16 : do części nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy. Poz. nr 5: Czy Zamawiający dopuści kontrole 3-poziomowe z terminem ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 3 poz. 5 kontroli 3-poziomowych z terminem ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy.

PYTANIE 17 : do części nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy. Poz. nr 6: Czy Zamawiający dopuści gaz kalibracyjny z terminem ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 3 poz. 6 przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku 4.15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 18 : Załącznik 4.15 – Paski diagnostyczne do analizy ogólnej moczu: Czy Zamawiający wymaga aby czytnik był obsługiwany za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego o rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby czytnik był obsługiwany za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego o rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240.

PYTANIE 19 : Załącznik 4.15 – Paski diagnostyczne do analizy ogólnej moczu: Czy przez zwiększenie wydajności Zamawiający rozumie pracę czytnika w z minimum 240 zon/godz?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wydajności minimum 60 pasków na godzinę; dopuszcza wydajność minimum 240 zon/godz.

PYTANIE 20 : Załącznik 4.15 – Paski diagnostyczne do analizy ogólnej moczu: Czy przez automatyczną kalibrację Zamawiający rozumie pracę bez konieczności używania pasków kalibracyjnych / kodów kalibracyjnych?

ODPOWIEDŹ: Tak.

PYTANIE 21 : Załącznik 4.15 – Paski diagnostyczne do analizy ogólnej moczu: Czy Zamawiający wymaga czytnika z polskim oprogramowaniem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania czytnika z polskim oprogramowaniem.

PYTANIE 22 : Załącznik 4.15 – Paski diagnostyczne do analizy ogólnej moczu: Czy Zamawiający wymaga czytnika z możliwością wprowadzenia zdefiniowanych przez użytkownika: barwy i klarowności moczu?


ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby miał możliwość wprowadzenia zdefiniowanych przez siebie: barwy i klarowności moczu.

PYTANIE 23 : Załącznik 4.15 – Paski diagnostyczne do analizy ogólnej moczu: Czy Zamawiający wymaga pasków z polem kompensującym barwę moczu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania pasków z polem kompensującym barwę moczu.

PYTANIE 24 : Załącznik 4.15 – Paski diagnostyczne do analizy ogólnej moczu: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania czytnika pasków wraz z czytnikiem kodów kreskowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający posiada czytnik kodów kreskowych, ale wymaga wykonania integracji pomiędzy czytnikiem pasków a funkcjonującym w laboratorium systemem informatycznym Infomedica wraz z niezbędnym do tego celu sprzętem.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych