



**Do wszystkich Wykonawców**

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi chirurgicznych stosowanych w okulistyce i chirurgii onkologicznej

**PYTANIE 1 : CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII** Załącznik nr 4.3 Poz. 1. Lusterko krtańowe z uchwytem 6-kątnym, śr.18mm, dł.180mm Czy zamawiający dopuści : Lusterko krtańowe z uchwytem 6-kątnym, śr.18mm, długość z uchwytem 215mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 2 : CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII** Załącznik nr 4.3 Poz. 2. Lusterko krtańowe z uchwytem 6-kątnym, śr.20mm, dł.180mm Czy zamawiający dopuści : Lusterko krtańowe z uchwytem 6-kątnym, śr.20mm, długość z uchwytem 215mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 3 : CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII** Załącznik nr 4.3 Poz. 3. Lusterko krtańowe z uchwytem 6-kątnym, śr.24mm, dł.180mm Czy zamawiający dopuści : Lusterko krtańowe z uchwytem 6-kątnym, śr.24mm, długość z uchwytem 215mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 4 : CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII** Załącznik nr 4.3 Poz. 4. Kleszczyki naczyniowe typ Rankin, proste, dł. 160mm Czy zamawiający dopuści Kleszczyki naczyniowe typ Kelly-Rankin, proste, dł. 160mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 5 : CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII** Załącznik nr 4.3 Poz. 5. Kleszczyki naczyniowe delikatne wg Rankin, zagięte, dł. 160mm Czy zamawiający dopuści : Kleszczyki naczyniowe delikatne wg Crile-Rankin, zagięte, dł. 160mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 6 : CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII** Załącznik nr 4.3 Poz. 7. Nożyczki chirurgiczne standard, proste, oba ostrza tępe, zaokrąglone, dł. 165mm . Czy zamawiający dopuści : Nożyczki chirurgiczne standard, proste, oba ostrza tępe, dł. 165mm ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 7 : CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII** Załącznik nr 4.3 Poz. 9. Nożyczki chirurgiczne wg Cooper, zagięte, końce tępe, zaokrąglone, dł. 150mm . Czy zamawiający dopuści : Nożyczki chirurgiczne typ Standard, zagięte, końce tępe, zaokrąglone, dł. 150mm ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 8 : CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII** Załącznik nr 4.3 Poz. 10. Nożyczki chirurgiczne wg Cooper, standard, zagięte, dł. 165mm . Czy zamawiający dopuści : Nożyczki chirurgiczne typ Standard, zagięte, dł. 165mm ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 9 : CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII** Załącznik nr 4.3 Poz. 12. Pęseta anatomiczna średnio-szeroka, zagięta łukowato, szczęki ząbkowane poprzecznie, dł. 145mm . Czy zamawiający dopuści : Pęseta anatomiczna szerokość części pracującej 3,5 mm, zagięta łukowato, szczęki ząbkowane poprzecznie, dł. 145mm oraz stroną katalogową z odręcznie opisanymi parametrami?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 10 : CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII** Załącznik nr 4.3 Poz. 13. Pęseta anatomiczna, szer. 4mm, dł. 145mm Czy zamawiający dopuści : Pęseta anatomiczna, szer. 3,5 mm, dł. 145mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 11 : CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII** Załącznik nr 4.3 Poz. 15. Nożyczki preparacyjne typ Nelson-Metzenbaum, zagięte, dł. 230mm . Czy zamawiający dopuści : Nożyczki preparacyjne typ Metzenbaum, zagięte, dł. 230mm ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 12 : CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII** Załącznik nr 4.3 Poz. 17. Kleszczyki do materiałów opatrunkowych wg Foerster-Ballenger, z okienkiem ząbkowanym poprzecznie, proste, dł. 180mm . Czy zamawiający dopuści : Kleszczyki do materiałów opatrunkowych wg Foerster-Ballenger, z okienkiem ząbkowanym poprzecznie, proste, dł. 17,75 cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych narzędzi.

**PYTANIE 13 : CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII** Załącznik nr 4.3 Poz. 19. Hak operacyjny wg Kocher-Langenbeck, rozm.41x11mm, dł. 215mm Czy zamawiający dopuści : Hak operacyjny wg Kocher-Langenbeck, rozm.40x11mm, dł. 215mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych narzędzi.

**PYTANIE 14 :** CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII Załącznik nr 4.3 Poz. 21. Miska nerkowata ze stali nierdzewnej , dł.275mm Czy zamawiający dopuści : Miska nerkowata ze stali nierdzewnej , dł.300mm ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaofierowania wyżej opisanych narzędzi.

**PYTANIE 15 :** CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII Załącznik nr 4.3 Poz. 22. Imadło chirurgiczne wg Mayo-Hegar, dł. 150mm Czy zamawiający dopuści : Imadło chirurgiczne wg Mayo-Hegar, dł. 152mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaofierowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 16 :** CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII Załącznik nr 4.3 Poz. 23. Nożyczki chirurgiczne typ Mayo, proste, dł. 155mm Czy zamawiający dopuści : Nożyczki chirurgiczne typ Mayo, proste, dł. 150mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaofierowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 17 :** CZĘŚĆ 3 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE STOSOWANE W ONKOLOGII Załącznik nr 4.3 Poz. 24. Pęseta anatomiczna delikatna, lekko zagięta w łuk o długości 105mm Czy zamawiający dopuści : Pęseta anatomiczna delikatna, lekko zagięta w łuk o długości 100mm ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaofierowania wyżej opisanych narzędzi.

**PYTANIE 18 :** Część nr 3 Nazwa Narzędzia chirurgiczne stosowane w onkologii, dotyczy poz. 6 Czy zamawiający dopuści długość nożyczek chirurgicznych standardowych 155mm ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaofierowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 19 :** Część nr 3 Nazwa Narzędzia chirurgiczne stosowane w onkologii, dotyczy poz. 8 Czy zamawiający dopuści nożyczki opatrunkowe Lister o długości 185mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaofierowania wyżej opisanych narzędzi.

**PYTANIE 20 :** Część nr 3 Nazwa Narzędzia chirurgiczne stosowane w onkologii, dotyczące poz. 9 Czy zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne Cooper o długości 155mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaofierowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 21 :** Część nr 3 Nazwa Narzędzia chirurgiczne stosowane w onkologii, dotyczące poz. 22 Czy zamawiający dopuści do postępowania imadło chirurgiczne Mayo – Hegar o długości 160mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaofierowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 22 :** Część nr 3 Nazwa Narzędzia chirurgiczne stosowane w onkologii, dotyczące poz. 23 Czy zamawiający dopuści do postępowania nożyczki chirurgiczne Mayo o długości 145mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaofierowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 23 :** dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy, załącznik 4,3. Lp. 6 Czy zamawiający dopuści nożyczki o długości 145mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaofierowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 24 :** dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy, załącznik 4,3. Lp. 6 Czy zamawiający dopuści nożyczki o długości 165mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaofierowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 25 :** dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy, załącznik 4,3. Lp. 15 Czy zamawiający dopuści nożyczki o nazwie handlowej METZENBAUM, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Nazwa nożyczek Nelson- Metzenbaum odnosi się do konkretnej długości 230mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaofierowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 26 :** dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy, załącznik 4,3. Lp. 6 Czy zamawiający dopuści hak o wymiarach 40x11mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający w poz. 19 dopuszcza możliwość zaofierowania wyżej opisanych narzędzi.

**PYTANIE 27 :** dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy, załącznik 4,3. Lp. 22 Czy zamawiający dopuści imadło o długości 140mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaofierowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 28 :** dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy, załącznik 4,3. Lp. 22 Czy zamawiający dopuści imadło o długości 160mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaofierowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 29 :** dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy, załącznik 4,3. Lp. 23 Czy zamawiający dopuści nożyczki o długości 150mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaofierowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 30 :** dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy, załącznik 4,3. Lp. 9 Czy zamawiający dopuści nożyczki o długości 145mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaofierowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 31 :** dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy, załącznik 4,3. Lp. 9 Czy zamawiający dopuści nożyczki o długości 155mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaofierowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE32** : dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy, załącznik 4.3. Lp. 15 Czy Zamawiający może określić rodzaj wymaganych końcówek w w/w narzędziu (ostre, tępe, tępo-ostre)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi z końcówkami tępymi.

**PYTANIE 33** : dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy, załącznik 4.3. Lp. 16 Czy Zamawiający może określić rodzaj wymaganych końcówek w w/w narzędziu (ostre, tępe, tępo-ostre)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi z końcówkami tępymi.

**PYTANIE 34** : dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy, załącznik 4.3. Lp. 18 Czy Zamawiający może określić rodzaj wymaganych końcówek w w/w narzędziu (ostre, tępe, tępo-ostre)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi z końcówkami tępymi.

**PYTANIE 35:** dotyczy załącznik 4.3 poz.6 Czy zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne, standard, proste, tępe, o dł. 14,5cm lub 15,5cm ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 36** : dotyczy załącznik 4.3 poz.9 Czy zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne typu Mayo, zagięte, końce tępe, zaokrąglone, dł. 150mm – wg załączonej karty katalogowej ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 37** : dotyczy załącznik 4.3 poz.10 Czy zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne typu Mayo, standard, zagięte, o dł. 170mm – wg załączonej karty katalogowej ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 38** : dotyczy załącznik 4.3 poz.15 Czy zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ Nelson-Metzenbaum, zagięte, dł. 230mm o końcówkach tępych, ostrych czy tępo-ostrych ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi z końcówkami tępymi.

**PYTANIE 39** : dotyczy załącznik 4.3 poz.16 Czy zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ Metzenbaum, zakrzywione dł. 180mm o końcówkach tępych, ostrych czy tępo-ostrych ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi z końcówkami tępymi.

**PYTANIE 40** : dotyczy załącznik 4.3 poz.18 Czy zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne wg Metzenbaum, zagięte, dł. 200mm o końcówkach tępych, ostrych czy tępo-ostrych ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi z końcówkami tępymi.

**PYTANIE 41** : dotyczy załącznik 4.3 poz.19 Czy zamawiający dopuści hak operacyjny wg Kocher-Langenbeck, o rozmiarach 40x11mm, dł. 215mm ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych narzędzi.

**PYTANIE 42** : dotyczy załącznik 4.3 poz.21 Czy zamawiający dopuści miskę nerkowata ze stali nierdzewnej , o dł.27cm ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych narzędzi.

**PYTANIE 43** : dotyczy załącznik 4.3 poz.22 Czy zamawiający dopuści imadło chirurgiczne Mayo-Hegar, o dł. 140mm lub dł.160mm ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 44** : dotyczy załącznik 4.3 poz.23 Czy zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne typ Mayo, proste, o dł. 150mm ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 45** : (pakiet 1, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści pęsetkę typu BONN prostą?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 46** : (pakiet 1, poz. 3) Czy zamiast pęsetki typu BONN Zamawiający dopuści pęsetę KELMAN-HCPHERSON?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 47** : (pakiet 1, poz. 5) Czy Zamawiający dopuści czoper NEUHANN?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 48** : (pakiet 1, poz. 6) Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 11,5cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych narzędzi .

**PYTANIE 49** : (pakiet 1, poz. 7 oraz 8) Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 10,8cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 50** : (pakiet 1, poz. 9) Czy Zamawiający dopuści nożyczki CASTROVIEJO o długości 10,5cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 51** : (pakiet 2, poz. 3 oraz 4) Czy Zamawiający dopuści pęsetę prostą?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 52** : (pakiet 2, poz. 5) Czy Zamawiający dopuści pęsetę KELMAN-HCPHERSON?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 53** : (pakiet 2, poz. 7) Czy Zamawiający dopuści szpatułkę o długości 12,9cm ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 54 :** (pakiet 2, poz. 8 oraz 9) Czy Zamawiający dopuści nożyczki typu VANNAS?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 55 :** (pakiet 2, poz. 11) Czy Zamawiający dopuści czoper NEUHANN?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 56 :** (pakiet 2, poz. 13 oraz 14) Czy Zamawiający dopuści rozwórki standardowe?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 57 :** (pakiet 2, poz. 16) Czy Zamawiający dopuści rozwieracz typu ALPHONSO?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 58 :** (pakiet 2, poz. 17) Czy Zamawiający dopuści rozwieracz typu HURBOCH?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 59 :** (pakiet 2, poz. 19) Czy Zamawiający dopuści imadło DREWS, zakrzywione, bez blokady, z częścią chwytną 3cm?


**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 60 :** (pakiet 2, poz. 22) Czy Zamawiający dopuści kaniulę LACRIMAL?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 61 :** (pakiet 2, poz. 24) Czy Zamawiający dopuści pęsetę karbowaną witrektomijną, prostą, rączka tytanowa o długości części chwytnej 5mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych narzędzi.

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii  
w Katowicach  
  
mgr Andrzej Rechowicz  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych