

Katowice dn. 02.03.2017r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego : Dostawa taśm do leczenia nietrzymania moczu D/ZP/381/19B/17

Pytanie nr1

Pytanie 1 do Pakietu1

Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowy system światowej marki Boston Scientific składający się z systemu niebieskiej taśmy(lepsza widoczność podczas cystoskopii) pokrytej plastikową osłonką bez części podcewkowej, w której mechanizmem ochronnym przed podrażnieniem cewki są wygładzone krawędzie siatki i zakończoną pętelkami oraz z dwóch wyprofilowanych igieł o średnicy 3 mm, mających specjalną końcówkę z mechanizmem zabezpieczającym przed wypadaniem taśmy w metodzie out-in –pozwalający na bezpieczne przejście przez otwory zasłonowe ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyrobu.

Pytanie nr2

Pytanie 2 do Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuszcza niebieską taśmę o długości 22 cm i szerokości 1,1 cm przy wielkości porów 1182 um z niebieskim, plastikowym języczkiem środkującym, który ułatwia dokładne umiejscowienie taśmy oraz usuwanie plastikowych osłonek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyrobu

Pytanie nr3

Pytanie1 do Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowy system światowej marki Boston Scientific składający się z systemu taśmy pokrytej na całej długości plastikową osłonką i zakończoną pętelkami oraz z dwóch wyprofilowanych igieł, mających specjalną końcówkę z mechanizmem zabezpieczającym przed wypadaniem taśmy w metodzie out-in –pozwalający na bezpieczne przejście przez otwory zasłonowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyrobu

Pytanie nr4

Pytanie 2 do Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuszcza monofilamentową taśmę o długości 44 cm i szerokości 1,1 cm o gramaturze 100 g/m2 i grubości 0,66 mm przy wielkości porów 1182 um, która zmniejsza ryzyko zakażenia oraz posiadającą niebieski języczek środkujący, zapewniający operatora o właściwym umiejscowieniu taśmy i służący do usunięcia rękawa ochronnego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyrobu

Pytanie nr5**Pakiet 1 poz.1:**

Czy Zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następujących parametrach:

1. Materiał - polipropylen monofilamentowy o grubości nici 0,16 mm
2. Taśma bez plastikowej osłonki, brzegi zakończone pętelkami
3. Grubość taśmy ok. 0,54mm
4. Gramatura około 67 g/m²
5. Maksymalna wielkość porów – 4,1mm x 1,2mm / przy porowatości 67%
6. Wytrzymałość na rozciąganie min. 90N
7. Taśma dziana na całej długości z atraumatycznymi brzegami nie wymagająca osłonki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr6

Czy Zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następujących parametrach:

1. Materiał - polipropylen monofilamentowy o grubości nici 0,16 mm
2. Taśma bez plastikowej osłonki, brzegi zakończone pętelkami
3. Grubość taśmy ok. 0,54mm
4. Gramatura około 67 g/m²
5. Maksymalna wielkość porów – 4,1mm x 1,2mm / przy porowatości 67%
6. Wytrzymałość na rozciąganie min. 90N
7. Taśma dziana na całej długości z atraumatycznymi brzegami nie wymagająca osłonki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr7

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa procentowej ilości wyrobów medycznych jakie zamówi z zawartej umowy przetargowej, tym samym nie zmienia zapisów §2 ust.12 zgodnie z którymi „Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania”. Powyższe wynika, ze specyfiki prowadzonej przez Zamawiającego działalności

Pytanie nr8

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższych zapisów do wzoru umowy.

Pytanie nr9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących kar umownych w §5 na:

- a) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej.
- b) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego - za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w §4 ust. 3 niniejszej umowy,
- c) w wysokości 10% kwoty niezrealizowanej części umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących wysokości kar umownych określonych w §5 umowy.

Pytanie nr10

Czy w pakiecie nr 2 powinno być zamiast: „ taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodą załonową” - „ taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodą TOT (przez otwory zasłonowe ?

Odpowiedź: Tak, w Pakiecie nr 2 Zamawiający wymaga taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodą TOT przez otwory zasłonowe. W załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy.

Pytanie nr11

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1:

- 10 szt. taśm do leczenia nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 μm , grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2 , wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, oraz
- 1 szt. igły wielorazowego użytku , o średnicy 4 mm, do implantacji metodą załonową?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyrobu

Pytanie nr12

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2:

- 20 szt. taśm do leczenia nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 μm , grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2 , wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, oraz
- 1 szt. igły wielorazowego użytku , o średnicy 4 mm, do implantacji przezzasłonowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyrobu

Pytanie nr13

Pakiet 1 – Taśma do leczenia nietrzymania moczu.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie 1 taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,15 mm, jednorodna, całkowicie niewchłaniająca, taśma w plastikowej osłonce, co obniża

traumatyzację tkanek podczas przeciągania, grubość taśmy 0,34 mm, gramatura 45 g/m², zagęszczenie oczek 50-55%, wielkość porów 1 x 1,25 mm, porowatość max 1950 mikronów, szerokość 11 mm, długość 450 mm. Taśma przeznaczona do stosowania w chirurgicznym nietrzymaniu moczu TOT i TVT z narzędziami wielokrotnego użytku.

W przypadku dopuszczenia i ewentualnego wygrania postępowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem komplet narzędzi – igły ze stali chirurgicznej, helikalne (prawa i lewa), profilowane do przejścia przez otwory zasłonięte metodą out-in / in-out raz igłę do metody załonowej, lub jeśli Zamawiający sobie życzy zestawy, to do każdej taśmy zostanie wliczony komplet igieł (w zależności od techniki zakładania taśmy).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyrobu. Zgodnie z punktem XII SIWZ cena podana przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr14

Pakiet 2 – Taśma do leczenia nietrzymania moczu.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie 1 taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,15 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, taśma w plastikowej osłonce, co obniża traumatyzację tkanek podczas przeciągania, grubość taśmy 0,34 mm, gramatura 45 g/m², zagęszczenie oczek 50-55%, wielkość porów 1 x 1,25 mm, porowatość max 1950 mikronów, szerokość 11 mm, długość 450 mm. Taśma przeznaczona do stosowania w chirurgicznym nietrzymaniu moczu TOT i TVT z narzędziami wielokrotnego użytku.

W przypadku dopuszczenia i ewentualnego wygrania postępowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem komplet narzędzi – igły ze stali chirurgicznej, helikalne (prawa i lewa), profilowane do przejścia przez otwory zasłonięte metodą out-in / in-out raz igłę do metody załonowej, lub jeśli Zamawiający sobie życzy zestawy, to do każdej taśmy zostanie wliczony komplet igieł (w zależności od techniki zakładania taśmy).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyrobu. Zgodnie z punktem XII SIWZ cena podana przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr15

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści również taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonaną z polipropylenu/monofilament, w plastikowej osłonce, wielkość porów taśmy 100 mikronów; ciętą laserowo; o wymiarach: szerokość 1,1 cm, długość 45 cm; w zestawie dwie jednorazowe igły ze stali chirurgicznej, profilowane do przejścia załonowego, połączone na stałe z taśmą ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyrobu

Pytanie nr16

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 będzie wymagał taśm implementowanych techniką inside-out czy outside-in?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 1 wymaga taśm implementowanych techniką inside-out oraz techniką outside-in.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Medycznego i Diagnostycznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rychlik
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Załącznik nr 4.2

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 2 - taśma do leczenia nietrzymania moczu – zestaw z narzędziami

Lp.	Nazwa artykułu	Nazwa handlowa producent numer katalogowy	Wymagana ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
						kol. 4x6	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT (przez otwory zasłonowe). Wykonana jest z niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: -szerokość min. 1,2 cm -długość min 45 cm -grubość min 0,45 mm -gramatura min 57 g/m2 -wielkość porów min 0,90mm. Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory zasłonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.		20	op.				

.....
*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy*