



Do wszystkich wykonawców


Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do wkluć

1. Pytanie – dotyczy część nr 2, pozycja 5, pozycja 6 -Czy Zamawiający dopuści igły z drenem poliuretanowym o długości 15 cm zamiast 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 również igieł z drenem poliuretanowym o długości 15 cm.

2. Pytanie - dotyczy część nr 2, pozycja nr 5, pozycja nr 6- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego i uzna za równoważne igły jednorazowe, bezpieczne do portu, zakrzywione o szlifie atraumatycznym ze skrzydełkami, drenem i zaciskiem typu Hubera, zagięte pod kątem 90 stopni, z elastycznym przedłużeniem, z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer Lock, z systemem zapobiegającym zakłuciu, w rozmiarach, jak przedstawiono w poniższej tabeli – do wyboru przez Zamawiającego.

Igła jest kompatybilna ze środowiskiem MRI do 3 Tesla.



Rozmiar igły	Automatyczna infuzja	Barwne oznakowanie grubości igły
19 Ga x 0,75" (19 mm)	TAK	Brązowy
19 Ga x 1" (25,4 mm)	TAK	Brązowy
20 Ga x 0,5" (13 mm)	TAK	Żółty
20 Ga x 0,75" (19 mm)	TAK	Żółty
20 Ga x 1" (25,4 mm)	TAK	Żółty
20 Ga x 1,5" (38 mm)	TAK	Żółty
22 Ga x 0,5" (13 mm)	NIE	Czarny
22 Ga x 0,75" (19 mm)	NIE	Czarny
22 Ga x 1" (25,4 mm)	NIE	Czarny

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego produktu nie spełniają cech równoważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igieł opisanych w pytaniu

3. Pytanie – dotyczy część nr 2 pozycja nr 5, pozycja nr 6 - W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania prosimy o wydzielanie pozycji nr 5 oraz pozycji nr 6 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym pytaniem.

4.Pytanie- Dot. pak. 3-Czy Zamawiający dopuści zestaw przedłużający różniący się względem SIWZ:

- długość pojedynczej linii – 10 cm
- objętość wypełnienia – 0,4 ml
- prędkość przepływu – 350 ml/min
- łączniki bezigłowe bez metalowych części wewnętrznych z membraną nie wystającą poza obrys obudowy łączniki - pozwalająca na dokładniejszą dezynfekcję

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.Pytanie- Dot. pak. 3-Czy Zamawiający dopuści zestaw przedłużający różniące się względem SIWZ:

- długość pojedynczej linii – 10 cm
- objętość wypełnienia – ok. 1,8 ml
- prędkość przepływu – 350 ml/min
- nieprzezroczyste łączniki bezigłowe bez metalowych części wewnętrznych z membraną nie wystającą poza obrys obudowy łączniki - pozwalająca na dokładniejszą dezynfekcję

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z upr.
Uniwersyteckie
Klinika Okulistyczna i Onkologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach