

UNIwersYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

DZP/381/36B/2016

Katowice, dn. 30.06.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Systemu monitoringu neurofizjologicznego

PYTANIE :

Dostawa Systemu monitoringu neurofizjologicznego o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników

SYSTEM MONITORINGU NEUROFIZJOLOGICZNEGO - 1 SZT.

„18 Klasa ochronności II, typ BF”

Prosimy o dopuszczenie systemu w klasie ochronności I, typ BF – bez zmian

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie systemu monitoringu neurofizjologicznego w klasie ochronności I, typ BF. Pozostałe parametry bez zmian.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Andrzej Ręchowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych