



Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie zaproszenia do składania ofert na dostawę wózków

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia pacjentów o długości całkowitej wynoszącej 2100 mm? Oferowana długość umożliwia transport pacjentów wysokich eliminując ryzyko wystawiania kończyn poza obrys wózka.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia pacjentów o szerokości całkowitej z poręczami bocznymi wynoszącej 820 mm? Oferowana szerokość jest korzystniejsza, gdyż gwarantuje bezpieczny i komfortowy transport pacjentów o różnych gabarytach.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia pacjentów z regulacją wysokości leża w zakresie 640-890 mm (bez materaca)? Podany zakres regulacji jest optymalnie dostosowany dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia pacjentów o następujących wymiarach materaca: 1910x730x80 mm [długość x szerokość x wysokość]? Rozmiar materaca determinowany jest przez wymiary całkowite wózka, co w tym przypadku gwarantuje więcej miejsca dostępnego dla pacjenta.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5: Czy Zamawiający będzie oczekiwał do zaoferowania wózka do przewożenia chorych z możliwością uzyskania pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6: Czy Zamawiający będzie oczekiwał do zaoferowania wózka do przewożenia chorych z dodatkowym 5 kołem kierunkowym znacznie zwiększającym zwrotność wózka w ciasnych pomieszczeniach?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7: Czy Zamawiający będzie oczekiwał do zaoferowania wózka do przewożenia chorych ze zintegrowanym uchwytem na płyny infuzyjne z regulacją wysokości?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8: Czy Zamawiający będzie oczekiwał do zaoferowania wózka do przewożenia chorych z obudową podstawy wykonaną z materiału ABS z wyprofilowanym miejscem na butlę tlenową?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej o szerokości całkowitej 730 mm i długości całkowitej 2050 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej z leżem o wymiarach 573 x 1950 mm i adekwatnym do tego materacem?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej z regulacją wysokości w zakresie 600-900 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej o bezpiecznym obciążeniu na poziomie 250 kg?

Odpowiedź: Tak.

Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437

www.klinika.katowice.pl; REGON: 001325767; NIP: 9542274017


Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej z regulacją wysokości w zakresie 650-950 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej z kołami o średnicy 150 mm?

Odpowiedź: Nie.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach


mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych