



D/ZP/3800/1A/13

Katowice, dn. 25 01 2013

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań laboratoryjnych

PYTANIE 1 : Czy Zamawiający w Części 3, poz. 1 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza dostarczenie kontroli w kalkulowaną w cenę zestawu.

PYTANIE 2 : Dotyczy Pakietu 4, poz. 4: Jakiej pojemności pojemniki wymaga Zamawiający?

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie w załączeniu zmieniony załącznik 4.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PYTANIE 3 : Dotyczy Pakietu 4, poz. 5: Jakiej pojemności pojemniki wymaga Zamawiający?

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie w załączeniu zmieniony załącznik 4.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PYTANIE 4 : Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 7 wyrazi zgodę na wycenę oddzielnie próbek i korków, gdyż artykuły te stanowią odrębne pozycje, posiadają własne numery katalogowe ale są ze sobą kompatybilne i stanowią zestaw?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opisaną w pytaniu.

PYTANIE 5 : Dotyczy Pakietu 4, poz. 8: Prosimy o sprecyzowanie jakie pudełka wymaga Zamawiający, jakie wymiary i na jaką ilość szkiełek, czy mają być wykonane z tworzywa czy z tektury?

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie w załączeniu zmieniony załącznik 4.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PYTANIE 6 : Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 9 ma na myśli szkiełka z białym polem do opisu znajdującym się po jednej stronie szkiełka?

ODPOWIEDŹ: TAK

PYTANIE 7 : Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 10 dopuści pojemnik do barwienia szkiełek z pokrywką wykonany z przezroczystego tworzywa TPX na 8 lub 10 szkiełek?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pojemników opisanych w pytaniu .

PYTANIE 8 : Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 11 dopuści szkiełka nakrywkowe pakowane po 100sztuk?

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie w załączeniu zmieniony załącznik 4.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PYTANIE 9 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie i utworzenie oddzielnego pakietu z pozycji 1,2,3,4 z Części 12 ?

Wydzielenie powyższych pozycji umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej ilości ofert i wpłynie na ich konkurencyjność?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym pytaniem .

PYTANIE 10 : Dotyczy zadania 14 – Czy Zamawiający dopuści produkty z terminem ważności fiolki po otwarciu 1 miesiąc gdy jest to najdłuższy termin gwarantowany przez Producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów z terminem ważności fiolki po otwarciu 1 miesiąc.

PYTANIE 11: Dotyczy Zadania 14 – Czy ze względu na specyficzny charakter produktów zawartych w tym zadaniu oraz możliwość ich zamawiania u Producenta tylko jeden raz w miesiącu, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 45 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na realizację dostaw w zakresie części nr 14 w terminie 45dni od dnia złożenia zamówienia.

W wyniku udzielonych odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób : w załączniku 4.4 w pozycji 5 zmienia wymaganą ilość przedmiotu zamówienia (kubki do moczu z nakrętką) z 1000 sztuk na 10 000 sztuk, w pozostałych pozycjach dokonuje dodatkowych opisów w odpowiedzi na zadane pytania. W załączeniu zmieniony załącznik 4.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

z up. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Renata Kantezak
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Gospodarczych
Renata Kantezak

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE I WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 4 – Drobny sprzęt laboratoryjny

L.p	Przedmiot zamówienia	Nazwa lub kod zgodnie z załączoną dokumentacją oferowanego przedmiotu/PRODU-CENT	j.m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1.	Końcówki do pipet automatycznych o poj. 5 - 200 µl typ Gilson		Szt.	30000						
2.	Końcówki do pipet automatycznych o poj. 200- 1000 µl typ Gilson		Szt.	20000						
3.	Końcówki do pipet automatycznych o poj. 1000- 5000 µl typ Eppendorff		Szt.	3000						
4.	Pojemniki na kał – pojemność 30 ml		Szt.	1000						
5.	Kubki do moczu z nakrętką pojemność 120 ml		Szt.	10 000						
6.	Probówki Eppendorff o poj. 1,5 ml z płaskim korkiem z dnem stożkowym bezbarwna ze znacznikiem 0,1, 0,5, 1,0 i 1,5 ml		Szt.	6000						
7.	Probówki PS o pojemności 4 ml średnicy 12 mm, długości 75 mm, okrągłodenne z korkiem		Szt.	15 000						
8.	Pudełka do transportu szkiełek cytologicznych wykonane z tworzywa na 3 lub 5 szkiełek .Wymiary dostosowane do standardowych wymiarów i ilości szkiełek podstawowych zapewniający prawidłowy transport.		Szt.	50						
9.	Szkiełka podstawowe białe 1 opakowanie=50 sztuk		Szt.	300						
10.	Pojemniki szklane na 5 szkiełek z nakrywką służące do barwienia preparatów histopatologicznych, pojemniki powinny zmieścić szkiełko o standardowych wymiarach		Szt.	3						
11.	Szkiełka nakrywkowe 24x60 mm		Szt.	100						
RAZEM:										

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy