



DZP/381/4A/2017

Katowice / 17.02.2017

Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych


mgr Andrzej Rehowicz
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z najmem analizatora

Pytania do tabeli wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych (załącznik nr 5):

1. **Pytanie** - poz. 4: Czy Zamawiający dopuści aparat dokonujący pomiaru $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Ca}^{++}/\text{pH}$ albo $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Cl}^-/\text{pH}$?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu dokonującego pomiaru opisanego w pytaniu. Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu dokonującego pomiarów zgodnie ze wskazanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. **Pytanie** - poz. 5: Czy Zamawiający dopuści aparat z próbkami: krew pełna, surowica, moczu, osocze w przypadku pomiarów $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Cl}^-/\text{pH}$ albo krew pełna, surowice, osocze w przypadku pomiarów $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Ca}^{++}/\text{pH}$?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu z typem próbek opisanych w pytaniu. Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu z typem próbek zgodnie ze wskazanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. **Pytanie** - poz. 10: Jaką punktację zastosuje Zamawiający w przypadku zaoferowania analizatora z możliwością dostawienia jednej próbki - próbki na oznaczenie CITO w trakcie wykonywania oznaczeń?
Odpowiedź: Zamawiający zastosuje punktację za możliwość dostawienia próbek tj. 10 pkt.
4. **Pytanie** - poz. 2: Czy Zamawiający dopuści aparat bez podajnika próbek?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie analizatora bez podajnika próbek.
5. **Pytanie** - poz. 4: Czy Zamawiający dopuści aparat z pomiarem: $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Ca}^{++}/\text{Cl}^-$?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu dokonującego pomiaru opisanego w pytaniu. Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu dokonującego pomiarów zgodnie ze wskazanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. **Pytanie** - poz. 9: Czy Zamawiający dopuści analizator z manualnym pobieraniem próbek do badania i pakietem zawierającym odczynniki, kalibratory zainstalowanym w analizatorze?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie analizatora z manualnym pobieraniem próbek do badania i pakietem zawierającym odczynniki, kalibratory zainstalowanym w analizatorze. Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora z automatycznym pobieraniem próbek i odczynników do badania.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rehowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych