

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Katowice dn. 18.08.2016r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego : Dostawa protez do protezowania dróg żółciowych, nowotworowych zwężeń przełyku, drenażu torbieli trzustki -
DZP/331/38A/16

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna warunek SIWZ posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku przedstawienia wykazu zrealizowania w ciągu ostatnich trzech lat dostaw innych sterylnych wyrobów medycznego j.u. niż wymagane, tzn. np. dostaw wyrobów do innych wysokospecjalistycznych procedur medycznych wraz z referencjami o należyтым wykonaniu tych dostaw?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z punktem V pkt. 1 b) SIWZ wykazania dostaw protez samorozprężalnych do protezowania dróg żółciowych.

Pytanie nr 2

dot. Załącznik nr 4.3 – Formularz asortymentowo-cenowy:

Prosimy o dopuszczenie protez samorozprężalnych o dł. 90, 120 lub 160 mm, śr. 22 mm, przełykowa z zastawką antyrefluksową, pokryta silikonem, posiada łąsa do repozycji na obu końcach, 12 złotych markerów do lepszej widoczności fluoroskopowej (po 4 na kołnierzach oraz w 4 w środkowej części), kołnierze o dł. 20 mm, średnicy 28 mm, aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 3

dot. Załącznik nr 4.8 – Formularz asortymentowo-cenowy:

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych protez samorozprężalnych do drenażu torbieli proteza pokryta silikonem na całej długości, atraumatyczny kształt typu "grzybek" na obu końcach. Średnica protezy 10 lub 12mm, średnica kołnierzy 25mm, długość robocza 18 lub 28mm, długość całkowita 30 lub 40mm, od strony żołądka posiada listki antymigracyjne oraz łąso do repozycjonowania; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,4mm (10,2Fr), 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej; z systemem kontroli punktu, po przekroczeniu, którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 4

dot. Załącznik nr 4.10 – Formularz asortymentowo-cenowy:

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych protez samorozprężalnych zestaw do wprowadzania o długości 1800mm i średnicy 3,4mm / 10,2 Fr pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Pytanie nr 5

dot. rozdz. V pkt. 1 b) SIWZ:

Czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, w przypadku gdy wykonawca wykaże wykonanie dostawy/dostaw akcesoriów endoskopowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na kwoty brutto określone dla poszczególnych części zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z punktem V pkt. 1 b) SIWZ wykazania dostaw protez samorozprężalnych do protezowania dróg żółciowych.

Pytanie nr 6

Pakiet 1

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści protezy samorozprężalne do protezowania nowotworowych zwężeń przełyku bez lub z przetokami wykonane z drutu nitinolowego, o długościach 10, 12 i 14 cm oraz średnicach (trzonu/kołnierza) 20/26mm i 24/30mm, powlekane w części centralnej, uwalniane dystalnie z dwuczęściowej rękojeści prostej, z możliwością korekty położenia bezpośrednio po uwolnieniu, z zestawem wprowadzającym o średnicy ≤ 8 mm, wyposażonym w znaczniki RTG wskazujące miejsce ostatecznego rozprężenia końców i części powlekanej, do przewodnicy 0,035".

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Pakiet 3

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści protezy samorozprężalne do protezowania zwężeń nowotworowych bez lub z przetokami oraz zwężeń nienowotworowych dolnej części przełyku i wpustu, usuwalne do 4 tygodni po założeniu, z zastawką antyrefluksową, wykonane z drutu nitinolowego, całkowicie powlekane silikonem, z pętlą do repozycji na końcu proksymalnym, wyposażone w znaczniki RTG (po 4 na obu końcach i 2 w centralnej części protezy), z aplikatorem o średnicy 8,5 mm, do przewodnicy 0.035", o długościach 8 i 10 cm oraz średnicach (trzonu/kołnierza) 24/30 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Pakiet 5

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, wykonane z Nitinolu, zapewniające uwidocznienie całej protezy w RTG, całkowicie pokrywane o średnicach 10 mm i długościach 60 i 80 mm, z cewnikiem wprowadzającym długości 180 cm i średnicy 8.5 F, współpracującym z przewodnicą 0.035", zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu 2/3 długości, wyposażonym w znaczniki RTG kontroli stopnia uwolnienia protezy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Pakiet 8

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści protezy samorozprężalne do drenażu torbieli trzustki, całkowicie pokrywane, usuwalne, z szerokimi kołnierzami zapobiegającymi migracji, o średnicach trzonu 16 mm i kołnierz 26mm oraz długościach trzonu 15, 20, 30 mm, z cewnikiem wprowadzającym długości 180 cm i średnicy 10,5 F.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437

www.uck.katowice.pl

REGON: 001325767; NIP: 9542274017; KRS: 0000049660; Księga rej.: 000000018597

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Ponadto:

1. Zamawiający modyfikuje zapisy § 7 ust. 4 i 5 umowy, które otrzymują brzmienie:

4. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:
 - a) zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy)
 - b) zmiany przez producenta numeru katalogowego Wyrobu medycznego objętego umową
 - c) zmiany producenta Wyrobów medycznych - w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie wyższej niż określona w umowie. W takim przypadku Wykonawca przekazuje Zamawiającemu nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że Wyroby medyczne które mają być dostarczane odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Zmiany określone w ust. 4 pkt b), c), wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany określone w ust. 4 pkt a) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony.
5. Strony dopuszczają możliwość podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Zmiana taka może nastąpić w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:
 - a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
pod warunkiem, że zmiany takie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Strona zamierzająca uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany.
Wniosek o zmianę wynagrodzenia musi zawierać:
 - a) wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany
 - b) uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma okoliczność na wysokość wynagrodzenia wykonawcy,
 - c) propozycję nowej wysokości wynagrodzenia.Na skutek złożonego, kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej Strony w terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do umowy.

2. W formularzu asortymentowo – cenowym w załączniku nr 4.10 SIWZ (Część nr 10 - Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych) wymagana ilość protez wynosi - 60 sztuk. Warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V.1B oraz wymagania dotyczące wadium określone zostały prawidłowo dla wymaganej ilości 60 sztuk i nie ulegają zmianie. W załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4.10 do SIWZ.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Chmielewski
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437

www.uck.katowice.pl

REGON: 001325767; NIP: 9542274017; KRS: 0000049660; Księga rej.: 000000018597

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych

L.p	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy) /producent	J.m.	Wymagana ilość	Cena jednost. netto	Wartość netto	podatek VAT %	Wartość brutto
1	Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, wykonane z nitinolu, całkowicie pokrywane silikonem, wyposażano w znaczniki RTG (po 4 na obu końcach i w centralnej części protezy), z 4 listkami zapobiegającymi migracji na górnym końcu oraz 2 pętlami do usuwania / repozycji na obu końcach protezy (pętla na górnym końcu wyposażona w znacznik RTG, umożliwiającą usunięcie protezy przez jej wywiniecie do środka) o długościach od 40 do 120 mm z odstępem 20 mm i średnicy 10mm (z dystalnym kołnierzem 13.5 mm), z zestawem wprowadzającym o długości ≥ 180 cm i średnicy ≤ 10.5 Fr, do prowadnicy 0,035 cala, wyposażonym w podwójny (RTG i graficzny) znacznik punktu, po przekroczeniu którego nie jest możliwe ponowne zamknięcie protezy.		Szt.	60*				

*Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 1 sztuce z wymaganych rozmiarów (oraz uzupełniać ilość przechowywanych protez). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie 60 protez o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy