



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych

PYTANIE 1 : Ad. Pakiet nr 4.2 poz. 1, 2, 3. Czy Zamawiający określając przedmiot dostawy jako „Sonda do zabiegów wewnątrzgałkowych (LaserStar) – ukośna” wymaga dostawy sondy zagiętej czy zakrzywionej?

ODPOWIEDŹ: W części nr 2 Zamawiający określając przedmiot zamówienia jako „Sonda do zabiegów wewnątrzgałkowych (LaserStar) – ukośna” wymaga zaoferowania sondy kierunkowej z wysuwaną końcówką.


D Y R E K T O R
Dariusz Jorg